

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

РЕА ЛАБ ДОО Београд
Лабораторија
Београд, Кичевска 19

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- физичка и хемијска испитивања хране, хране за животиње, пића, воде, предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за одржавање чистоће у домаћинству, сировине за козметику, дечије играчке, посуђе, прибор и амбалажа, дувански производи, текстил / *physical and chemical testing of food, animal feed, water and items of general use (personal hygiene products, cosmetic products, household cleaning products, raw materials for cosmetic products, toys, utensils and cutlery, and food packaging material, tobacco products, textiles)*;
- физичка и хемијска испитивања отпада, отпадне воде, земљишта, буке у животној средини и амбијенталног ваздуха / *Physical and chemical testing of waste, waste water, soil, environmental noise and ambient air.*
- биолошка (генетска) и биохемијска испитивања хране и хране за животиње / *biological (genetic) and biochemical testing of food and animal feed*;
- сензорска испитивања хране / *sensory testing of food*;
- микробиолошка испитивања хране, хране за животиње, узорака са површина који долазе у контакт са храном, воде и предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, козметике) / *microbiological testing of food, animal feed, worktops swabs and items of general use (personal hygiene products, cosmetic products)*;
- узорковање узорака са површина, отпадних вода, земљишта и отпада / *sampling of swabs from worktops, wastewater, soil and waste.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна Освежавајућа безалкохолна пића	Одређивање метала (методом ICP-OES)	Cd (0,02-0,3) mg/l Cu (1-30) mg/l Fe (1-20) mg/l Pb (0,04-10) mg/l Zn (1-40) mg/l	DM-001
		Одређивање садржаја таурина (течна хроматографија са PDA детектором)	(200-6000) mg/l	DM-173
		Одређивање садржаја кофеина (течна хроматографија са PDA детектором)	(3,0-400) mg/l	DM-171
	Освежавајућа безалкохолна пића, Воћни сокови	Одређивање садржаја етанола (гасна хроматографија са FID детектором)	(0,2-6,0) g/l (0,025-0,76)% (v/v)	DM-163
		Одређивање садржаја витамина С (течна хроматографија са PDA детектором)	(10-750) mg/l	DM-213
		Одређивање садржаја конзерванаса (течна хроматографија са PDA детектором)	Натријум-бензоат (12-880) mg/l Калијум-сорбат (11-809) mg/l	DM-208
	Освежавајућа безалкохолна пића, газирана минерална вода, пиво, газирана алкохолна пића	Одређивање садржаја угљен-диоксида (манометрија)	(1,0 -10,0) g/l	DM-233
	Пиво	Одређивање рН вредности (потенциометрија)	(2-12) рН јединица	МЕВАК 2.13. рН
	Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, воћни сокови	Одређивање растворљиве суве материје (рефрактометрија)	(0,1-85)%	Правилник ¹⁾ метода 1
		Одређивање укупне суве материје – сушење на 105°C (гравиметрија)	(0,5-85)%	Правилник ¹⁾ метода 2 (а)
Одређивање укупних шећера (волуметрија)		(3-40)%	Правилник ¹⁾ метода 3	

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, воћни сокови <i>наставак</i>	Укупна киселост (волуметрија)	мин. 0,5 mmol монобазне киселине/ 100mL узорка или мин. 0,5 mmol монобазне киселине/ 100 g узорка	Правилник ¹⁾ метода 18
		Одређивање рН вредности (потенциометрија)	(1-14) рН јединица	Правилник ¹⁾ метода 6
		Одређивање садржаја испарљивих киселина (волуметрија)	(0,04-0,75) g сирћетне киселине /100 ml узорка	Правилник ¹⁾ метода 17
		Одреживање садржаја пепела нерастворног у НСI-у (гравиметрија)	од 0,019%	Правилник ¹⁾ метода 5
	Сокови од воћа и поврћа	Одређивање формолног броја (волуметрија)	мин. 2 mmol NaOH /100ml	SRPS EN 1133:2005
		Ензимско одређивање садржаја D I L млечне киселине (лактата) NAD спектрометријска метода	мин. 10 mg/L	DM 316
	Цитруси	Одређивање садржаја сока у цитрусима (гравиметријски)	од 1,9 %	OECD: International Standards for Fruit and Vegetables -Citrus
	Воће и поврће, производи од воћа и поврћа	Одређивање остатака дитиокарбамата (GC/MS)	мин. 0,02 mg/kg	DM-186
		Одређивање садржаја нитрата и нитрита у воћу, поврћу и производима од воћа и поврћа (јонска хроматографија)	Нитрати: мин. 50 mg/kg Нитрити: мин. 10 mg/kg	SRPS EN 12014-2:2018
		Одређивање глифосата, етефона, фосетил алуминијума, малеик хидразида (LC-MS/MS)	од 0,005-0,2 mg/kg	EURL-SRM QuPPePO Method 1.3: Quick Method for the Analysis of Highly Polar Pesticides in Food Involving Extraction with Acidified Methanol and LC-MS/MS Measurement. Food of Plant Origin (QuPPe-PO-Method) Version 12 (22.07.2021)

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна Воће и поврће, производи од воћа и поврћа <i>наставак</i>	Одређивање хлората, перхлората, фосфонске киселине и бромида (LC-MS/MS)	Хлорати и перхлорати од 0,005-1,0 mg/kg Бромиди и фосфонска киселина 0,1-1,0 mg/kg	EURL-SRM QuPPE-PO Method 1.4: Quick Method for the Analysis of Highly Polar Pesticides in Food Involving Extraction with Acidified Methanol and LC-MS/MS Measurement. Food of Plant Origin (QuPPE-PO-Method) Version 12 (22.07.2021).
		Одређивање хлормеквата, мепиквата, параквата, диквата и морфолина (LC-MS/MS)	Хлормекват, Мепикват, Паракват од 0,004-0,3 mg/kg Дикват 0,003-0,2 mg/kg Морфолин 0,005-0,4 mg/kg	EURL SRM 5.6.10. Method 4.1 (M 4.1): "Quats & Co Obelisc R"
		Одређивање киселих пестицида (LC-MS/MS)	од 0,002-0,2 mg/kg Напомена 9	EURL SRM Analysis of Acidic Pesticides using QuEChERS (EN15662) and acidified QuEChERS method, Version 1
		Одређивање карабина (LC-MS/MS)	од 0,005-0,2 mg/kg	DM-307
		Одређивање матрица (LC-MS/MS)	од 0,002-0,1 mg/kg	DM-309
		Одређивање 1,4 ДМН (1,4-Dimetil naftalena) (GC-MS/MS)	од 0,010-0,2 mg/kg	DM-310
		Одређивање QAC кватенерних амонијумових једињења ВАС 10 (Benzyldimethyldecylamm onium Chloride), ВАС 14 (Benzyldimethyltetradecyla mmonium Chloride), ВАС 16 (Benzyldimethylhexadecyla mmonium Chloride), DDAC-C10 (Didecyldimethylammoniu m Chloride), Cetyltrimethylammonium chloride) (LC-MS/MS)	од 0,010-0,2 mg/kg	DM-311
		Одређивање остатака пестицида LC-MS/MS техником	од 0,010-2,0 mg/kg Напомена 13	DM-323

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна наставак Млеко и производи од млека	Одређивање суве материје у млеку (гравиметрија)	0,5%	Правилник ²⁾ метода I.4
		Одређивање NaCl у кајмаку (волуметрија)	(0,16-7,3)%	Правилник ²⁾ метода VII.3
		Одређивање рН вредности (потенциометрија)	(1-14) рН јединица	DM-245
		Одређивање киселинског степена у млеку (волуметрија)	(0,9-20) °SH	Правилник ²⁾ метода I.2
		Одређивање суве материје у киселом млеку и јогурту (гравиметрија)	4%	Правилник ²⁾ метода II.3
		Одређивање киселинског степена у јогурту и киселом млеку (волуметрија)	(1-100) °SH	Правилник ²⁾ метода II.2
		Киселински степен у сиру (волуметрија)	(4-100) °SH	Правилник ²⁾ метода VI.3
		Одређивање воде у сиру (гравиметрија)	(4-90)%	Правилник ²⁾ метода VI.1
		Одређивање масти у павлаци; одређивање масти у кајмаку; одређивање масти у сладоледу, одређивање масти у лупаној павлаци (ацидобутирометрија)	(0,5-40)%	Правилник ²⁾ , метода V.1 Правилник ²⁾ , метода VII.2 Правилник ²⁾ , метода X.1 Правилник ²⁾ , метода XI.1
		Одређивање масти у кондензованом млеку методом по Герберу (ацидобутирометрија)	мин. 0,1%	Правилник ²⁾ метода III.2.6
		Одређивање масти у млеку (ацидобутирометрија)	(0,1-7)%	Правилник ²⁾ метода I.3
		Одређивање масти у киселом млеку, и јогурту; Одређивање масти у кефиру (ацидобутирометрија)	(0,1-7)%	Правилник ²⁾ метода II.1 Правилник ²⁾ метода IX.1
Одређивање масти у млеку реконституисаном од млека у праху (ацидобутирометрија)	(0,5-40)%	Правилник ²⁾ метода IV.2		

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна Млеко и производи од млека наставак	Одређивање масти у сиру бутирометром за сир (ацидобутирометрија)	(0,5-40)%	Правилник ²⁾ метода VI.2
		Одређивање масти у маслацу (ацидобутирометрија)	(70-90)%	Правилник ²⁾ метода VIII.2
		Одређивање натамицина (LC-MS/MS)	од 0,5-4,0 mg/kg	DM-308
		Одређивање остатака органохлорних пестицида GC-MS/MS техником	од 0,001- 2,0 mg/kg Alahlor, Aldrin, BHC-alfa, BHC-beta, BHC-delta, BHC-gama, Hlordan, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Heptahlor, Heptahlorepoksid, Metoksihlor, DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, o,p'-DDE, p,p'-DDD, o,p'-DDD)	DM-326
	Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзосмрзнута теста	Одређивање количине масти по Weibull и Stoldt-у (гравиметрија)	од 0,005%	Правилник ³⁾ метода I.15
		Одређивање киселинског степена (волуметрија)	(0.4-50) ml 1 mol NaOH/на 100 g узорка	Правилник ³⁾ метода I.16
		Одређивање количине воде (гравиметрија)	од 0,8%	Правилник ³⁾ метода I.8
		Одређивање количине пепела (гравиметрија)	од 0,10%	Правилник ³⁾ метода I.10
	Какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу	Одређивање укупне масти по Soxhlet-у (гравиметрија)	Какао маса и прах min.0,3% Кекс и сродни производи медањаци, мечна чоколада, какао крем производи, инстант какао, прах са додатком млека у праху или без додатка min.1%	Правилник ⁴⁾ метода II.9
		Одређивање укупних шећера по Luff-Schoorll-у (волуметрија)	(1-80)%	Правилник ⁴⁾ метода II.12
		Одређивање садржаја воде (гравиметрија)	0,2%	Правилник ⁴⁾ метода II.1 и II.2
		Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)	0,2%	Правилник ⁴⁾ метода II.5

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна Какао производи, производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу <i>наставак</i>	Одређивање рН вредности (потенциометрија)	(1-14) рН јединица	Правилник ⁴⁾ метода II.16
		Одређивање садржаја сувих безмасних какао делова (спектрофотометрија)	мин. 1%	Правилник ⁴⁾ метода II.17
	Кухињска со и со за прехранбену индустрију	Одређивање садржаја јода (волуметрија)	(0,3-66) mg/kg	SRPSE.Z.8.002:2001
		Одређивање садржаја натријум-хлорида (волуметрија)	(2,0-102)%	SRPS H.G8.077:1983
		Одређивање садржаја калијум-хексацијаноферата у кухињској соли (спектрофотометрија)	мин. 0,15%	DM-258
	Месо и производи од меса	Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)	Кобасица од 0,3% Млевено месо 0,5% Пљескавица 0,6% Певапи 0,3%	SRPS ISO 936:1999
		Одређивање садржаја укупне масти (гравиметрија)	од 0,1%	SRPS ISO 1443:1992
		Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)	од 0,01%	SRPS ISO 1442:1998
		Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)	(50-200) mg /kg	SRPS ISO 2918:1999
		Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометрија)	(5-10) mg/L	SRPS ISO 3091:1999
		Одређивање садржаја хидроксипролина (спектрофотометрија)	(0,02-3,0)%	SRPS ISO 3496:2002
		Одређивање садржаја укупног фосфора (спектрофотометрија)	(0,027-0,6)%	SRPS ISO 13730:1999

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i> Месо, производи од меса, риба и производи рибарства	Одређивање остатака пестицида у месу и производима од меса, риби и производима рибарства (LC-MS/MS)	од 0,010-0,2 mg/kg Напомена 8	DM-312
	Месо и производи од меса, воће и поврће, производи од воћа и поврћа	Одређивање садржаја сумпордиоксида (волуметрија)	(10-13000) mg/kg	DM-047
	Чај	Одређивање влаге у чају (гравиметрија)	од 0,02%	DM-015
		Одређивање садржаја укупног пепела (гравиметрија)	од 0,02%	SRPS ISO 1575:1995
		Одређивање пепела нерастворног у киселини (гравиметрија)	од 0,02%	SRPS ISO 1577:1995
		Одређивање сулфатног пепела у чају (гравиметрија)	од 0,02%	DM-013
	Бомбонски производи	Одређивање растворљиве суве материје (рефрактометрија)	(0 – 95)%	Правилник ⁴⁾ метода II.4
	Зачини, зачинске мешавине и биље	Одређивање садржаја и спарљивог уља (волуметрија)	(0,59 – 11,24)%	SRPS EN ISO 6571:2016/A1:2019
	Зачинска паприка	Одређивање укупних природно обојених материја (спектрофотометријски)	Укупне природно обојене материје 7-23 ASTA Капсантин 1-4 g/kg	SRPS EN ISO 7541:2020
	Јестива биљна уља и масти, маргарин и др. Масни намази, мајонез и сродни производи	Одређивање садржаја воде, метода по Карл–Фишеру (волуметрија)	од 0,019%	SRPS EN ISO 8534:2017
	Јестива биљна уља и масти	Одређивање киселинског броја и киселости (волуметрија)	(0,06 – 7,0) mg KOH/g узорка	SRPS EN ISO 660:2021
		Одређивање пероксидног броја (волуметрија)	(0,91 -25) meq/kgO	SRPS EN ISO 3960:2017
		Одређивање алкалитета (волуметрија)	(0,003 -0,25)% NaOH	SRPS EN ISO 10539:2008

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i> Супе, сосеви, додаци јелима	Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)	мин. 0,1%	SRPS E.Z.8.011:1993
		Одређивање садржаја натријум хлорида (волуметрија)	мин. 0,1%	SRPS E.Z.8.012:1994
		Одређивање садржаја масти (гравиметрија)	од 0,95 %	SRPS E.Z.8.015:1993 - повучен
		Одређивање укупне суве материје (гравиметрија)	од 2,4 %	Правилник 1) Метода 2.а
		Одређивање садржаја пепела нерастворног у HCl (гравиметрија)	од 0,018 %	SRPS ISO 763:2007
		Одређивање садржаја натријум хлорида (волуметрија)	мин. 0,1 %	SRPS ISO 3634:2011
		Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)	од 0,68 %	DM - 318
	Уља и масти биљног и животињског порекла	Одређивање метил естара масних киселина (GC-FID)	Напомена 5	ISO 12966-4:2016
	Масти и уља биљног и животињског порекла, екстрахована масти и уља, храна животињског порекла	Одређивање садржаја пестицида и полихлорованих бифенила (PCB) (GC-MS/MS)	Пестициди од 0,010-2,0 mg/kg PCB 5-200 ng/g Напомена 12	DM-327
	Сирова кафа	Одређивање губитка масе на 105°C (гравиметрија)	од 0,38 %	SRPS ISO 6673:2016
	Сирова кафа, производи од кафе, сурогати кафе и сродни производи	Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)	од 0,51%	DM-252
		Одређивање садржаја кофеина (HPLC/PDA)	од 3,0 mg/kg	SRPS ISO 20481:2014
	Пшеница и производи од пшенице	Одређивање влажног глутена ручном методом (ручна метода)		SRPS EN ISO 21415-1:2009

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна Пшеница и производи од пшенице <i>наставак</i>	Одређивање сувог глутена из влажног глутена методом сушења у сушници (гравиметрија)		SRPS EN ISO 21415-3:2009
	Жита, махуњаче и споредни производи	Одрађивање садржаја пепела спаљивањем (гравиметрија)		SRPS EN ISO 2171:2012
	Жита	Одређивање насипне густине (гравиметрија)		SRPS EN ISO 7971-3:2019
		Одређивање нечистоћа у кукурузу и просу (гравиметрија)	Сломљена зрна од 0%; Нечистоће од других зрна од 0,2%; Друге нечистоће од 0,5%; Укупне нечистоће од 1,8%	SRPS EN 16378:2014
	Жита и млински производи	Одређивање скорба (полариметрија)	мин. 0,60 %	DM-283
	Соја и производи од соје	Одређивање активности уреазе	0,01 - 1 mgN/g,min	SRPS ISO 5506:2019
	Кукуруз	Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)		SRPS EN ISO 6540:2021
	Семе уљарица	Одређивање садржаја нечистоћа (гравиметрија)		SRPS EN ISO 658:2008
		Одређивање садржаја уља (гравиметрија)		SRPS EN ISO 659:2011
		Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја (гравиметрија)		SRPS EN ISO 665:2020
	Уљане сачме и погаче	Одређивање укупног пепела (гравиметрија)		SRPS EN ISO 749:2014
	Скроб и производи од скроба за прехранбене производе	Одређивање садржаја суве материје, рефрактометријски (рефрактометрија)	(0 – 95)%	DM-235
		Одреживање садржаја шећера (волуметрија)	од 1,3%	DM-167
		Одређивање садржаја Cu, As, Pb (ICP-OES)	Cu и As 0,4 - 10 mg/kg Pb 0,2 - 10 mg/kg	DM-241
Одређивање садржаја SO ₂		од 1,6 mg/kg	DM-240	

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i> Храна и дечија храна	Одређивање садржаја патулина (течна хроматографија са PDA детектором)	мин. 9 µg/L	DM-271
		Одређивање садржаја афлатоксина М1 у храни и дечијој храни (LC-MS/MS)	мин. 20 ng/kg	DM-265
	Пекарски, фини пекарски производи и производи од кромпира	Одређивање садржаја акриламида (LC-MS/MS)	мин. 0,025 mg/kg	SRPS EN 16618:2015
	Кафа и производи од кафе		мин. 0,05 mg/kg	
	Храна и дечија храна (сокови од воћа и поврћа)	Одређивање садржаја ХМФ-а (течна хроматографија са PDA детектором)	мин. 1 mg/L	DM-215
	Храна	Одређивање садржаја витамина (течна хроматографија са FLD детектором)	Тиамин мин. 5mg/kg Аскорбинска киселина мин. 5mg/kg Никотинска киселина мин. 5mg/kg Пиридоксин мин. 5mg/kg Цијанокобалтамин мин. 5mg/kg Рибофлавин мин. 5mg/kg	Приручник ³⁾
	Дечија храна, храна за одојчад и малу децу	Одређивање садржаја нитрата и нитрита у дечијој храни (јонска хроматографија)	Нитрати: мин. 0,33 mg/kg Нитрити: мин. 0,17 mg/kg	DM-261

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i> Храна, дечија храна, храна за животиње Вино	Одређивање садржаја охратоксина у храни, дечијој храни и храни за животиње (течна хроматографија са FLD детектором)	храна мин. 1 µg/kg деч. храна мин. 0,5 µg/kg вино мин. 1µg/kg	DM-262
		Одређивање садржаја зеараленона у храни, дечијој храни и храни за животиње (течна хроматографија са FLD детектором)	мин. 20 µg/kg деч. храна мин. 4 µg/kg	DM-247
	Дечија храна	Одређивање бензо(а)пирена (GC-MS)	од 0,2 -20 µg/kg	DM-314
		Одређивање Т-2 и НТ-2 токсина (LC MS/MS)	Т-2 од 10 µg/kg НТ-2 од 10 µg/kg	DM-315
	Освежавајућа безалкохолна пића	Одређивање садржаја заслађивача: натријум-сахарина, К-ацесулфама и аспартама (HPLC/PDA)	Натријум-сахарин: 5-120 mg/l К-ацесулфам: 5-525 mg/l Аспартам: 38-900 mg/l	DM-034
	Освежавајућа безалкохолна пића Адитиви	Одређивање садржаја суве материје (BRIX) (рефрактометрија)	мах 95%	DM-121
		Одређивање садржаја натријум-бензоата и калијум-сорбата у конзервансима (волуметрија)	(1,0-100)%	МЕТ-031
	Адитиви	Одређивање садржаја метала (ICP-OES)	As: (0,5 – 12,5) mg/kg Cd: (0,25 – 12,5) mg/kg Pb: (0,25 – 12,5) mg/kg	DM-223
		Одређивање губитка сушењем (гравиметрија)	мин. 0,1290%	Ph Eur VII, Књига 2, тачка 2.2.32
		Одређивање индекса рефракције (рефрактометрија)	1,32-1,68	Ph Eur VII, Књига 2, тачка 2.2.6
		Одређивање рН вредности (потенциометрија)	(2-12) рН јединица	Ph Eur VII, Књига 2, тачка 2.2.3

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна наставак Алкохолна пића	Одређивање садржаја етанола (гравиметрија)	мин. 2,60 вол%	Правилник ⁵⁾ метода 1
		Одређивање садржаја метанола (GC са FID детектором)	(120-15000) mg/l.a.a	DM-042
	Вино	Одређивање садржаја шећера (волуметријски)	од 1 g/L	OIV-MA-AS311-01A:2009
		Одређивање садржаја испарљивих киселина у вину (волуметријски)	од 0,1 g/L	OIV-MA-AS313-02:2015
		Одређивање рН вредности (потенциометрија)	од 1-14 pH јединица	OIV-MA-AS313-15:2011
		Одређивање киселости титрацијом (волуметријски)	од 0,085 %	OIV-MA-AS313-01:2015
		Одређивање укупног сумпор-диоксида (волуметријски)	од 10 mg/L	OIV-MA-AS323-04b:2009
		Одређивање садржаја етанола (пикнометријски)	од 1 %	IOV-MA-AS312-01A:2016
		Одређивање садржаја пепела (гравиметрија)	од 0,02 %	OIV-MA-AS2-04:2009
Одређивање саржаја екстракта (пикнометријски)	од 5 g/L	OIV-MA-AS2-03b:2012		

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i> Храна биљног порекла (воће, поврће, сушено воће и поврће), производи од воћа и поврћа, житарице– млински и пекарски производи, тестенине, смрзнута теста и сл., освежавајућа безалкохолна пића, скроб и производи од скроба, мед, кекс и производи сродни кексу, снек производи, бомбонски производи, какао производи, вино, адитиви, кафа	Одређивање трагова пестицида у храни GC-MS/MS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE-QuEChERS методом (GC/MSMS)	Напомена 1 Воће и поврће; производи од воћа и поврћа који имају мин. 80 % воде – мин. 0,005 mg/kg Остали матрикси – мин. 0,01 mg/kg	DM-181

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна Храна биљног порекла (воће, поврће, сушено воће и поврће), производи од воћа и поврћа, житарице млински и пекарски производи, тестенине, смрзнута теста и сл., освежавајућа безалкохона пића, скроб и производи од скроба, мед, кекс и производи сродни кексу, снек производи, бомбонски производи, какао производи, вино, адитиви, кафа <i>наставак</i>	Одређивање остатака пестицида у храни LC-MS/MS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE-QuEChERS метода (LC/MSMS)	мин. 0,01 mg/kg Напомена 2	DM-222
	Воће и поврће, производи од воћа и поврћа	Одређивање остатака пестицида у храни LC-MS/MS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE-QuEChERS метода (LC/MSMS)	фенпиразамин (Fenpyrazamine) од 0,010-0,2 mg/kg	DM-222
			флупирадифурон (flupyradifurone) од 0,010-0,2 mg/kg	
	Млеко, производи од млека, сирила и чистих култура, месо и производи од меса, масти и уља, риба и производи од рибе, јаја и производи од јаја, млечна чоколада	Одређивање полихрованих бифенила (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180) (GC/MSMS)	мин. 10 ng/g масти – за узорке који имају преко 2 % масти мин. 0,001 mg/kg – за узорке који имају мање од 2 % масти	DM-182

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i> Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, дечија храна биљног порекла	Одређивање остатака пестицида у воћу и поврћу и дечијој храни биљног порекла GC-MS/MS техником након екстракције ацетонитрилом и пречишћавања дисперзионом SPE-QuEChERS метода (GC-MS/MS)	мин. 10 µg/kg деч. храна мин. 3 µg/kg Напомена 4	DM-204
	Млечна чоколада	Одређивање млечне масти (волуметрија)	мин. 0,3 %	Правилник ⁴⁾ метода 10
	Дечија храна, жита, производи од житарица	Одређивање садржаја деоксиниваленола у дечијој храни, житарицама, производима од житарица (HPLC/PDA)	Житарице и производи: од 0,2 до 4,0mg/kg Дечија храна: мин. 40 µg/kg	DM-236
	Језграсто воће, сушено воће, житија, млински и пекарски производи, фини пекарски производи, тестенине и брзосмрзнута теста, дечија храна, бомбонски производи, какао производи, чоколадни производи и храна за животиње, зачини и мешавине зачина	Хроматографско одређивање афлатоксина коришћењем муцосептстубне хроматографије (HPLC/FLD)	AFG1 (1,6-163,2) µg/kg AFB1 (0,8-160) µg/kg AFG2 (0,8-40) µg/kg AFB2 (0,8-40,2) µg/kg	DM-234

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i> Свеже воће и поврће; жита, млински и пекарски производи; фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи	Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)	Pb (0,05 – 1,70) mg/kg Cd (0,02 – 1,70) mg/kg Hg (0,02 – 1,70) mg/kg As (0,033 – 3,3) mg/kg	DM-242
	Риба и производи рибарства	Одређивање садржаја хистамина (HPLC/UV)	мин. 25 mg/kg	SRPS EN ISO 19343:2017
	Производи од воћа и поврћа	Одређивање садржаја метала и металоида у храни ICP-MS-ом (ICP/MS)	Pb (0,025 – 1,50) mg/kg Cd (0,01 – 0,83) mg/kg Hg (0,01 – 0,83) mg/kg As (0,02 – 1,70) mg/kg Cu (0,042 – 30,0) mg/kg Zn (0,042 – 30,0) mg/kg Fe (0,042 – 40,0) mg/kg Sn (0,042 – 250,0) mg/kg	DM-242
	Какао производи, производи од чоколаде и крем производи		Pb (0,05 – 4,0) mg/kg Cd (0,02 – 1,70) mg/kg As (0,033 – 3,3) mg/kg Cu (0,083 – 80,0) mg/kg	
	Сирова кафа, производи од кафе и сурогати од кафе		Pb (0,05 – 1,70) mg/kg As (0,033 – 3,3) mg/kg	
	Бомбонски производи		Pb (0,06 – 2,0) mg/kg As (0,04 – 4,0) mg/kg	
	Термички обрађено млеко и производи од млека		Pb (0,015 – 2,0) mg/kg Cd 0,005 – 0,5) mg/kg Hg (0,005 – 0,5) mg/kg As (0,01 – 1,0) mg/kg	
	Дечија храна, храна за одојчад и малу децу		Pb (0,008 – 0,30) mg/kg Cd (0,003 – 0,30) mg/kg Hg (0,003 – 0,30) mg/kg As (0,005 – 0,50) mg/kg	
Уље и масти биљног и животињског порекла и њихови производи	Pb (0,05 – 1,70) mg/kg Cd (0,02 – 1,70) mg/kg Hg (0,02 – 1,70) mg/kg As (0,033 – 3,3) mg/kg Fe (0,083 – 16,7) mg/kg Ni (0,02 – 1,70) mg/kg Cu (0,083 – 16,7) mg/kg			

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i> Алкохолна пића		Pb (0,05 – 1,70) mg/kg As (0,033 – 15,0) mg/kg Cu (0,083 – 40,0) mg/kg Zn (0,083 – 16,7) mg/kg Fe (0,083 – 40,0) mg/kg Sn (0,083 - 16,7) mg/kg	
	Пиво		Pb (0,015 – 0,50) mg/kg Cd (0,005 – 0,50) mg/kg Hg (0,005 – 0,50) mg/kg As (0,01 – 1,0) mg/kg	
	Месо и производи од меса		Pb (0,06 – 2,0) mg/kg Cd (0,02 – 2,0) mg/kg Hg (0,02 – 2,0) mg/kg As (0,04 – 25,0) mg/kg Fe (0,1 – 40,0) mg/kg Cu (0,1 – 40,0) mg/kg Zn (0,1 – 120,0) mg/kg Sn (0,1 – 250,0) mg/kg	
	Млеко, производи од млека, месо и производи од меса, производи од кафе и сродни производи, млечна чоколада	Одређивање остатака антибиотика (LC-MS/MS)	од 10 до 200 µg/kg Напомена 6	DM-244
	Млеко, производи од млека, месо и производи од меса, производи од кафе и сродни производи, млечна чоколада	Одређивање хлорамфеникола (LC-MS/MS)	од 5 до 200 µg/kg	DM-243
	Храна биљног порекла	Одређивање етилен оксида и 2-хлороетанола (GC/MS-MS)	Уљано воће 0,050-5,0 mg/kg; Зачини и чајеви 0,050-5,0 mg/kg; Цереалије и производи од цереалија 0,020-2,0 mg/kg; Воће и поврће и производи од воћа и поврћа 0,020-2,0 mg/kg	EURL-SRM Analysis of Ethylene Oxide and its Metabolite 2-Chloroethanol by the QuOil or the QuEChERS Method and GC-MS/MS, Version 1.1 (December 2020)
	Храна морског и биљног порекла	Прехрамбени производи - Одређивање елемената и њихових хемијских врста - Одређивање неорганског арсена у храни морског и биљног порекла применом анјонске измене на IC-ICP-MS (IC-ICP-MS)	0,073 - 10,3 mg/kg	SRPS EN 16802:2016

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i> Храна и храна за животиње	Метода за одређивање садржаја целулозе у храни (гравиметрија)	Храна мин. 0,9 % Храна за животиње мин 5%	DM-246
	Цереалије и производи од цереалија, житарице, уљарице Дечија храна на бази цереалија	Одређивање атропина и скополамина LC-MS/MS техником	атропин мин. 1 µg/kg скополамин мин. 1 µg/kg	"EURL-MP-method_004 (version 1) Determination of tropane alkaloids in processed cereal-based foods for infants and young
2.	Храна за животиње	Одређивање садржаја влаге (гравиметрија)	мин. 0,15 %	Правилник ¹⁰⁾ метода 6
		Одређивање скорба (полариметрија)	мин. 0,60 %	Правилник ¹⁰⁾ метода 17
		Одређивање сировог пепела (гравиметрија)	мин. 0,26 %	Правилник ¹⁰⁾ метода 18
		Одређивање пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини (гравиметрија)	мин. 0,08 %	Правилник ¹⁰⁾ метода 19
		Одређивање сирових масти (гравиметрија)	без разарања од 1,26 %; са разарањем од 1,37 %	Правилник ¹⁰⁾ метода 12
		Одређивање остатака пестицида LC-MS/MS техником	од 0,010 до 2,0 mg/kg Напомена 10	DM - 324
		Одређивање остатака пестицида GC-MS/MS техником	од 0,010 до 2,0 mg/kg Напомена 11	DM - 325
		Одређивање елемената у траговима, тешких метала и других елемената присутних у храни за животиње помоћу ICP-MS (вишеструка метода)	As 0,08 - 20,0 mg/kg Cd 0,03 - 12,0 mg/kg Hg 0,04 - 11,0 mg/kg Pb 0,12 - 15,0 mg/kg	SRPS EN 17053:2018
Одређивање садржаја хлорида растворљивих у води - Титриметријска метода	од 0,05 %	SRPS ISO 6495-1:2018		

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
2.	Храна за животиње <i>наставак</i>	Храна за животиње - Методе узимања узорака и анализе - Одређивање калцијума, натријума, фосфора, магнезијума, калијума, сумпора, гвожђа, цинка, бакра, мангана и кобалта помоћу ICP-AES после дигестије под притиском	Са 50-2000 mg/kg Na 50-2000 mg/kg P 50-2000 mg/kg Mg 50-2000 mg/kg K 50-2000 mg/kg Fe 10-1000 mg/kg Zn 10-1000 mg/kg Cu 5-1000 mg/kg Mn 10-1000 mg/kg Co	SRPS EN 15621:2017
3.	Храна и храна за животиње Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста Какао производи, производи слични чоколади, Бомбонски производи, Кекс и производи сродни кексу Месо и производи од меса, Млеко и производи од млека, Супе, сосеви и сродни производи	Одређивање садржаја протеина (волуметрија)	Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста Какао производи, Производи слични чоколади, бомбонски производи, кекс и производи сродни кексу, Месо и производи од меса, супе, сосеви и сродни производи, мин 0,15% Млеко и млечни производи мин 7% Храна за животиње мин 3%	DM-023
4.	Храна биљног порекла	Одређивање Ditianona (LC/MS-MS)	од 0,010 mg/kg	Thermo Scientific ,APPLICATION NOTE 72953
		Одређивање остатка пестицида (LC/MS-MS)	Напомена 7 од 0,010mg/kg	DM-302
5.	Прехрамбени производи	Прехрамбени производи- одређивање калцијума, бакра, гвожђа, магнезијума, мангана, фосфора, калијума, натријума и цинка применом (ICP-OES)	Са мин 8 mg/kg Cu мин 8 mg/kg Fe мин 8 mg/kg Mg мин 8 mg/kg Mn мин 8 mg/kg K мин 8 mg/kg Na мин 8 mg/kg Zn мин 8 mg/kg P мин 21 mg/kg	SRPS EN 16943:2017

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања хране				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
5.	Цереалије и производи од цералија, Чоколада, кондиторски производи, кекс, крекери, сладолед, дечија храна, млеко у праху	Метода за одређивање присуства кикирикија ELISA техником	1-25 mg/kg	DM - 320
	Напици, цералије и производи од цералија, чоколада, кекс, крекери, сладолед, зачини	Метода за одређивање присуства лешника ELISA техником	1-25 mg/kg	DM -321
	Пекарски производи, напици, хлеб, кукуруз, кукурузно брашно, чоколада, кекс, сладолед, мајонез, тестенина, пиринач и производи од пиринча, сосеви, слаткиши, пшеница и производи од пшенице, вино	Метода за одређивање присуства алергена јаја у храни ELISA техником	1-25 mg/kg	DM - 322

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Биолошка (генетска) и биохемијска испитивања хране и хране за животиње				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна Житарице Језгасто воће, Сушено воће, зачини Храна за животиње	Одређивање садржаја афлатоксина (ELISA)	(1-20) µg/kg	DM-043
	Храна Житарице, зачини, кафа Храна за животиње	Одређивање садржаја охратоксина А (ELISA)	(2-40) µg/kg	DM-185
	Храна Житарице, Храна за животиње	Одређивање садржаја зеараленона (ELISA)	(2-40) µg/kg	DM-187
	Храна Дечија храна	Одређивање присуства глутена у храни и дечијој храни (ELISA)	мин. 4 mg/kg	DM-275
2.	Храна и храна за животиње	Одређивање садржаја фумонизина (ELISA)	мин. 1 mg/kg	Приручник 5
3.	Биљни материјали, Технолошки прерађени производи са састојцима биљног порекла	Детекција присуства ДНК пореклом од ГМО (P35S, TNOS, P34S) у узорцима хране и хране за животиње (Real-time PCR)	мин. 0,1%	DM-276
		Квантитативно испитивање присуства P35S промотора у кукурузу и производима од кукуруза (Real-time PCR)	мин. 0,12%	DM-278
		Квантитативно испитивање присуства RoundUp Ready модификације у соји и производима од соје (Real-time PCR)	мин. 0,07%	DM-279
		Детекција присуства генетичке модификације (LL62) у пиринчу и производима од пиринча (Real-time PCR)	мин. 0,01%	DM-284

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Биолошка (генетска) и биохемијска испитивања хране и хране за животиње				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
3.	Биљни материјали, Технолошки прерађени производи са састојцима биљног порекла <i>наставак</i>	Детекција присуства генетичке модификације (RF3) у уљаној репици (Real-time PCR)	мин. 0,01 %	DM-285
		Квантитативно испитивање присуства Vt 11у кукурузу и производима од кукуруза (Real-time PCR)	мин. 0,1 %	DM-286
		Квантитативно испитивање присуства NK 603 у кукурузу и производима од кукуруза (Real-time PCR)	мин. 0,05 %	DM-287
		Квантитативно испитивање присуства A 2704-12 у соји и производима од соје (Real-time PCR)	мин. 0,03 %	DM-288
		Квантитативно испитивање присуства H7-1 у шећерној репи (Real-time PCR)	мин. 0,1 %	DM-289
		Квантитативно испитивање присуства GT 73 у уљаној репици (Real-time PCR)	мин. 0,1 %	DM-290

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Сензорска испитивања хране и пића				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна Воће и поврће, производи од воћа и поврћа, Чоколада и производи слични чоколади, Млински производи, Фини пекарски производи, Млеко и производи од млека, Месо и производи од меса, Освежавајућа безалкохолна пића, Воћни сокови и нектари, вино	Метода за одређивање сензорног квалитета – бодовање (једноставни тест – оцена сензорних својстава – боја, текстура, мирис, укус)		DM-027

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања воде				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Вода Флаширана вода за пиће, вода за пиће, природне флаширане, изворске, минералне и стоне воде	Одређивање метала (ICP-OES)	Ba (0,1-3) mg /l Cd (0,002-0,03) mg /l Cr (0,01-0,2) mg /l Cu (0,1-3,0) mg /l Mn (0,01-1,0) mg /l Ni (0,01-0,2) mg /l Pb (0,004-1,0) mg /l Zn (0,1-4,0) mg /l	DM-001
		Одређивање органохлорних пестицида (GC/MSMS)	(0,01-0,10) µg/l Alahlor, Aldrin, BHC-alfa, BHC-beta, BHC-delta, BHC-gama, Hlordan, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Heptahlor, Heptahlorepoksid, Metoksihlor	DM-018
		Одређивање остатка после испаравањана 105°C (гравиметрија)	од 10 mg/l	DM-249

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања воде				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Вода Флаширана вода за пиће, вода за пиће, природне флаширане, изворске, минералне и стоне воде <i>наставак</i>	Одређивање електролитичке проводљивости воде (кондуктометрија)	(0,1-3999) $\mu\text{S/cm}$	DM-009
		Одређивање концентрације водоникових јона- рН у води (потенциометрија)	(1-14) рН јединица	DM-205
		Одређивање тврдоће воде- карбонатне и укупне тврдоће (волуметрија)	Карбонатна (10-25000) mg/L CaCO_3 ; Укупна (2-5000) mg/l CaCO_3	DM-010
		Одређивање алкалитета воде (волуметрија)	(14-25000) mg $\text{CaCO}_3/11$ узорак	DM-011
		Одређивање растворених анјона течном хроматографијом - Део 1: Одређивање бромида, хлорида, флуорида, нитрата, нитрита, фосфата и сулфата (јонска хроматографија са кондуктометријским детектором)	NO_3^- (0,1 – 50,0) mg/L Br^- (0,1 – 10,0) mg/L F^- (0,1 – 10,0) mg/L PO_4^{3-} (0,1 – 10,0) mg/L SO_4^{2-} (0,1 – 250,0) mg/L Cl^- (0,1 – 250,0) mg/L NO_2^- (0,05 – 1,0) mg/L	SRPS EN ISO 10304-1:2009
		Одређивање раствореног Na^+ , NH_4^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} јонском хроматографијом – Метода за воду и отпадну воду (јонска хроматографија са кондуктометријским детектором)	NH_4^+ (0,1 – 2,0) mg/L K^+ (0,1 – 20,0) mg/L Na^+ (0,1 – 200,0) mg/L Ca^{2+} (0,1 – 200,0) mg/L Mg^{2+} (0,1 – 20,0) mg/L	SRPS EN ISO 14911:2009

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд Физичка и хемијска испитивања предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за козметику, посуђе, прибор и амбалажа, дечије играчке, средства за одржавање чистоће у домаћинству)				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Предмети опште употребе Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела	Одређивање концентрације водоникових јона- рН (потенциометрија)	(1-14) рН јединица	Правилник ⁸⁾ А метода
		Одређивање садржаја амонијака у фарбама за косу (волуметрија)	(0,09-17)% NH ₃	DM-016
		Одређивање натријум сахарина у пастама за зубе (течнахроматографија)	(10,0-1000) mg/L	DM-017
		Одређивање садржаја метала (ICP/OES)	As: (2-15,0) mg/kg Cd: (0,5-15,0) mg/ kg Hg: (1,0-15,0) mg/ kg Pb: (0,5-15,0) mg/ kg Cr: (0,5-15,0) mg/ kg Ni: (0,5-15,0) mg/ kg Ba: (0,5-15,0) mg/ kg	DM-019
		Одређивање садржаја конзерванаса и активних супстанци (метода течне хроматографије)	metil- paraben (0,0004-0,6)%; etil-paraben (0,010-0,6)%; propil-paraben (0,010-0,6)%; butil-paraben (0,010-0,6)%; natrijum-benzoat (0,006-0,6)%; kalijum-sorbat (0,0002-0,36)%; fenoksietanol (0,011-1,2)% salicilna kiselina (0,014-2,4)%	DM-030
Одређивање садржаја резорцинола у фарбама за косу (течна хроматографија)	(0,02-2,4)%	DM-033		

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд Физичка и хемијска испитивања предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за козметику, посуђе, прибор и амбалажа, дечије играчке, средства за одржавање чистоће у домаћинству)				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Предмети опште употребе Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела <i>наставак</i>	Козметика - Анализа козметичких производа - Детекција UV филтера у козметичким производима и квантитативно одређивање UV филтера помоћу HPLC	Напомена 3 мин. 0,25 %	SRPS EN 16344:2015
	Козметичка сировина водоник пероксид, козметички производ водоник пероксид	Одређивање садржаја водоник-пероксида (волуметрија)	(0,05-33)%	DM-206
	Козметички производи	Одређивање флуорида у пастама за зубе (потенциометрија)		780 pH Meter 781 pH/Ion Meter Instruction for Use 8.781.1033 Determination of ion concentration (only 781: Conc mode) Metrohm
		Одређивање натријум хлорида (потенциометрија)	0,012%	785 DMP Titrimo Instructions for Use 8.785.1003, Chloride titrations with potentiometric indication (Приручник б)
		Одређивање формалдехида (спектрофотометрија)		DM-291
		Одређивање натријум сахарина и кофеина у козметичким производима (HPLC)	Натријум сахарин од 0,009% Кофеин од 0,0007%	DM-303
		Сировине за козметику	Одређивање рН вредности (потенциометрија)	(1-14) рН јединица
		Одређивање остатка након жарења – пепео (гравиметрија)	од 0,02 %	PH. JUG. V Књига 1, т.2.4.16

<p>Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд</p> <p>Физичка и хемијска испитивања предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за козметику, посуђе, прибор и амбалажа, дечије играчке, средства за одржавање чистоће у домаћинству)</p>				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Предмети опште употребе Сировине за козметику <i>наставак</i>	Одређивање губитка сушењем (гравиметрија)	од 0,06%	DM-207
		Одређивање релативне густине (гравиметрија)	(0,000-1,999) g/cm ³	РН. ЈУГ. V Књига 1, т.2.2.5
		Одређивање киселинског броја (волуметрија)	(0,3-14,0) mg KOH/g узорка	РН. ЈУГ. V Књига 1, т.2.5.1
		Одређивање једног броја (волуметрија)	мин. 0,1269g I /100g супстанце	РН. ЈУГ. V Књига 1, т.2.5.4
		Одређивање сапонификационог броја (волуметрија)	мин. 2,8 mgKOH/g за неутрализацију слободних киселина и сапонификацију естара	РН. ЈУГ. V Књига 1, т.2.5.6
		Одређивање пероксидног броја (волуметрија)	мин. 0,2 милиеквивалента активног O ₂ /1000g супстанце	РН. ЈУГ. V Књига 1, т.2.5.5
		Одређивање садржаја воде по Karl Fisher-у у сировинама (волуметрија)	(0,1-100)%	DM-026
Метално посуђе прибор и амбалажа	Одређивање миграције метала (ICP-OES)	Собна и висока температура Ni (0,01-1,0) mg/L Mn (0,01-1,0) mg/L	DM-020	
Емајлирано посуђе и прибор		Собна и висока температура Pb (0,02-1,0) mg/L Cd (0,01-1,0) mg/L Ba (0,05-5,0) mg/L Sb (0,3-3,0) mg/L		
Порцеланско и керамичко посуђе		Собна и висока температура Pb (0,02-3,0) mg/L Cd (0,01-1,0) mg/L Ba (0,05-1,0) mg/L Sb (0,3-3,0) mg/L		
Стаклено посуђе и амбалажа		Собна и висока температура Pb (0,02-1,0) mg/L Cd (0,01-1,0) mg/L		

<p>Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд</p> <p>Физичка и хемијска испитивања предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за козметику, посуђе, прибор и амбалажа, дечије играчке, средства за одржавање чистоће у домаћинству)</p>				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	<p>Предмети опште употребе <i>наставак</i> Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса; Производи од еластомера</p>	Одређивање миграције метала (ICP-OES)	Pb (0,02-1,0) mg/L (20 и 40)°C Cd (0,01-1,0) mg/L (20 и 40)°C Ba (0,05-1,5) mg/L (20 и 40)°C Mo(0,01-1,0)mg/L (20 и 40)°C Zn (0,5-62,5) mg/L (20 и 40)°C As (0,02-1,0)mg/L (20 и 40)°C Cr 0,01mg/l Se 0,01 mg/l Co 0,01mg/l Sn 0,05mg/l	DM-020
	Дрвено посуђе, прибор и амбалажа		Pb (0,02-1,0) mg/L Cd (0,01-1,0) mg/L As (0,02-1,0) mg/L	
	Посуђе, прибор и амбалажа од вештачких маса; Производи од еластомера; Дечије играчке;	Одређивање миграције укупних нискомолекуларних органских и неорганских супстанци (гравиметрија)	мин. 3mg/dm ²	DM-021
	Полимерне дечије играчке, пластичне полимерне масе	Одређивање садржаја фталата (GC-FID)	мин. 0,1 % (Dimetil ftalat, Dietil ftalat, Di-n-butylftalat, Butil benzil ftalat, Bis (2-etilheksil) ftalat, Di-n-oktilftalat)	DM-093
	Играчке категорије I и II	Одређивање миграције метала (ICP-MS)	Al min. 0.125 mg/kg Sb min. 0.125 mg/kg As min. 0.125 mg/kg Ba min. 0.125 mg/kg B min. 0.125 mg/kg Cd min. 0.125 mg/kg Cr min. 0.125 mg/kg Co min. 0.125 mg/kg Cu min. 0.125 mg/kg Pb min. 0.125 mg/kg Mn min. 0.125 mg/kg Hg min. 0.012 mg/kg Ni min. 0.125 mg/kg Se min. 0.125 mg/kg Sr min. 0.125 mg/kg Sn min. 0.125 mg/kg Zn min. 0.125 mg/kg	SRPS EN 71-3:2019

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд Физичка и хемијска испитивања предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за козметику, посуђе, прибор и амбалажа, дечије играчке, средства за одржавање чистоће у домаћинству)				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Предмети опште употребе <i>наставак</i> Предмети опште употребе Играчке катеорије III	Одређивање миграције метала (ICP-OES)	Al min. 50mg/kg Sb min. 25mg/kg As min. 1mg/kg Ba min. 50 mg/kg B min. 50 mg/kg Cd min. 1mg/kg Cr min. 25 mg/kg Co min. 1 mg/kg Cu min. 50 mg/kg Pb min. 1 mg/kg Mn min. 50mg/kg Hg min. 1 mg/kg Ni min. 50 mg/kg Se min. 25 mg/kg Sr min. 50 mg/kg Sn min. 50 mg/kg Zn min. 50 mg/kg	DM-282
	Предмети опште употребе Играчке	Одређивање фенола и бисфенола А (течна хроматографија са PDA i FLD детектором)	Фенол мин. 1 mg/L Бисфенол А мин. 0,01 mg/L	SRPS EN 71-11:2009 (одељак 5.5.2)
	Дечије играчке	Одређивање Cr ⁶⁺ (IC-ICP-MS) припрема узорка: SRPS EN-71-3	(0,0025 – 0,20) mg/kg	DM-305
		Одређивање амина (GC-MS)	(1-20) mg/kg	SRPS EN 71-11:2009 BS EN 71-10: 2009
	Течност за електронске цигарете	Одређивање садржаја никотина (GC/MS)	мин. 10 mg/L	DM-306
	Текстил	Одређивање садржаја метала – Део 2: Одређивање метала који се екстрахује киселим раствором који симулира знојење (ICP-OES)	Sb мин. 0,50 mg/kg Cr мин. 0,50 mg/kg Co мин. 0,50 mg/kg Ni мин. 0,50 mg/kg As мин. 0,10 mg/kg Cd мин. 0,10 mg/kg Cu мин. 1,0 mg/kg Pb мин. 0,2 mg/kg	SRPS EN 16711-2:2016
	Амбалажа од хартије	Одређивање миграције формалдехида (спектрофотометрија)	(0,10-1,20) mg/dm ²	DM-022

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд Физичка и хемијска испитивања предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за козметику, посуђе, прибор и амбалажа, дечије играчке, средства за одржавање чистоће у домаћинству)				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Предмети опште употребе <i>наставак</i> Средства за одржавање чистоће у домаћинству	Одређивање рН вредности у воденим растворима (потенциометрија)	(1-14) рН јединице	SRPS ISO 4316:2014
		Одређивање слободних алкалија или слободних киселина (волуметрија)	(0,28-14) mgKOH/g узорка	SRPS ISO 4314:1992
		Површински активне материје – Одређивање укупног садржаја активне материје (гравиметрија)	од 0,003%	DM-232

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Вода Отпадне воде Идустијске воде Базенске воде Површинске воде	Одређивање рН вредности (потенциометрија)	(2-12) рН јединица	SRPS EN ISO 10523:2016
		Одређивање електролитичке проводљивости (кондуктометрија)	0-3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$	SRPS EN 27888:2009
		Одређивање садржаја хлорида – титрација сребро-нитратом уз хроматни индикатор (волуметрија)	5-400 mg/l	SRPS ISO 9297:1997 SRPS ISO 9297/1:2007
	Вода Отпадне воде Идустијске воде	Одређивање хемијске потрошње киселоника (НПК) (волуметрија)	(30-700) mg/l	SRPS ISO 6060:1994
		Одређивање укупног сувог остатка на (103-105) °C (гравиметрија)	мин. 1 mg/l	SM 2540 B
		Одређивање садржаја таложних материја по Imhoff-у (волуметрија)	(0,1-1000) ml/l	SM 2540 F

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Вода <i>наставак</i> Отпадне воде Индустријске воде Површинске воде	Одређивање садржаја суспендованих материја на 105 °С (гравиметрија)	мин. 1 mg/l	SM 2540 D
		Отпадне воде Базенске воде Површинске воде	Испитивање воде – мерење температуре (и на терену)	0-100°C
	Отпадне воде Базенске воде Површинске воде	Квалитет воде – Одређивање мутноће (турбидиметрија)	0,01 - 1000 NTU	SRPS EN ISO 7027-1:2016
		Квалитет воде - Одређивање перманганатног индекса (волуметрија)	>0,5 mg O ₂ /l	SRPS EN ISO 8467:2007
		Отпадне воде Површинске воде	Одређивање садржаја раствореног кисеоника (електрохемија)	0,01 - 20,00 mg/l
	Отпадне воде Површинске воде	Одређивање остатка жарења и испарљивих материја на 550°C (гравиметрија)	>1 mg/l	SM 2540 E
		Одређивање биохемијске потрошње кисеоника после н-дана (респирометрија)	1-4000 mg/l	DM-293
		Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија)	0,01-1,0 mg NO ₂ /l	EPA 354.1:1971
		Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометрија)	0,1 – 2,0 mg N/l	EPA 352.1:1971
		Одређивање садржаја амонијака (спектрофотометрија)	0,05 – 1,0 mg N/l	EPA 350.2:1974
		Одређивање садржаја амонијака (волуметрија)	1,00-25,00 mg N/l	
		Одређивање садржаја сулфата (гравиметрија)	>10 mg/l	SM 4500-SO ₄ ²⁻

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Вода Отпадне воде Површинске воде <i>наставак</i>	Квалитет воде – Смернице за одређивање укупног органског угљеника (ТОС) и раствореног органског угљеника - (NDIR)	1-1000 mg/l	SRPS ISO 8245:2007
		Одређивање хемијске потрошње кисеоника (НПК) (спектрофотометрија)	5-900 mg/l	EPA 410.4:1993
		Одређивање боје (спектрофотометрија)	5-300 CU	SM 2120 C
		Одређивање садржаја површински активних материја (као LAS) (спектрофотометрија)	0,025-8 mg/l	SM 5540 C
		Одређивање садржаја фосфора (укупни) и ортофосфата (спектрофотометрија)	0,01 – 1,2 mg P/l	EPA 365.3:1978
	Отпадне воде	Одређивање укупних растворних соли на 180°C (гравиметрија)	>1 mg/l	SM 2540 C
		Одређивање садржаја шестовалентног хрома (спектрофотометрија)	0,05-3,0 mg/l	SM 3500-Cr B. Colorimetric Method
		Одређивање садржаја резидуалног хлора (спектрофотометрија)	0,2 – 4,0 mg/l	EPA 330.5:1978
		Мерење алкалитета (волуметрија)	>1mg CaCO ₃ /l	SM 2320 B
		Одређивање тврдоће (рачунски)	>1,0 mg CaCO ₃ /l	SM 2340 B
		Одређивање тврдоће (волуметрија)	>1,0 mg CaCO ₃ /l	SM 2340 C
		Одређивање садржаја азота (укупни Kjeldahl) спектрофотометрија)	0,05 - 1,00 mg/l	EPA 351.3:1978
		Одређивање садржаја азота (укупни Kjeldahl) волуметрија)	>1,0 mg N/l	
		Одређивање садржаја уља и масти (гравиметрија)	>5 mg/l	EPA 1664:2010

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Вода Отпадне воде наставак	Квалитет воде - Одређивање фенолног индекса – Спектрометријске методе са 4-аминопирином после дестилације (спектрофотометрија)	>0,03 mg/l	SRPS ISO 6439:1997
		Одређивање садржаја сулфида (волуметрија)	>0,5 mg/l	SM 4500-S ² - F
		Одређивање садржаја флуорида јон-селективном електродом (електрохемија)	0,1-5 mg/l	SRPS H.Z1.142:1984
		Одређивање садржаја суспендованих материја (гравиметрија)	>1,0 mg/l	SRPS H.Z1.160:1987
		Одређивање садржаја полихлорованих бифенила (PCB) PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180 (GC-MS)	>0,02 µg/l	DM-295
		Квалитет воде - Одређивање садржаја полицикличних ароматичних угљоводоника (ПАН) – Naphthalene, Acenaphthylene, Anthracene ,Pyrene, Chrysene, Benzo[g,h,i]perylene, Fluorene, Acenaphthene, Phenanthrene, Fluoranthene, Benzo[a]anthracene Benzo[k]fluoranthene + Benzo[b]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene + Dibenzo[a]anthracene (GC-MS)	>0,01 µg/l	SRPS ISO 28540:2011

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Вода Отпадне воде наставак	Одређивање садржаја органохлорних пестицида Aldrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene, gamma - ВНС (Lindane) (GC-MS)	0,01 - 0,20 µg/l	DM-296
		Одређивање садржаја лако испарљивих ароматичних и халогених органских супстанци (VOC) Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromomethane, Carbon disulfide, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroethane, Chloroform, Chloromethane, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP), 1,2-Dibromoethane (EDB), Dibromomethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane (Freon 12), 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethylene, cis-1,2-Dichloroethylene, 1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropylene, trans- 1,3-Dichloropropylene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, Ethylbenzene, Methylene chloride, n-Propylbenzene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethane, Styrene, Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethene, Trichlorofluoromethane, Vinyl chloride, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene) (GC-MS)	>0,001 µg/kg	DM-294
		Квалитет воде - Одређивање садржаја живе – Метода са атомским апсорпционим спектрофотометром (AAS)	>0,003 mg/l	DM 317

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Вода Отпадне воде наставак	Квалитет воде - Одређивање одабраних елемената оптичком емисионом спектрометријом идуктивно спрегнуте плазме (Al, Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Zn) (ICP-OES)	Al > 0,12 mg/l Ag > 0,08 mg/l As > 0,05 mg/l B > 0,05 mg/l Ba > 0,10 mg/l Cd > 0,03 mg/l Co > 0,03 mg/l Cr > 0,03 mg/l Cu > 0,03 mg/l Fe > 0,10 mg/l Mn > 0,04 mg/l Mo > 0,02 mg/l Ni > 0,04 mg/l P > 0,40 mg/l Pb > 0,03 mg/l Sb > 0,10 mg/l Se > 0,02 mg/l Sn > 0,03 mg/l Sr > 0,05 mg/l Zn > 0,03 mg/l	SRPS EN ISO 11885:2011
	Површинске воде	Квалитет воде - Одређивање одабраних елемената оптичком емисионом спектрометријом идуктивно спрегнуте плазме (As, B, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) (ICP-OES)	As > 0,05 mg/l B > 0,05 mg/l Cr > 0,03 mg/l Cu > 0,03 mg/l Fe > 0,10 mg/l Mn > 0,04 mg/l Zn > 0,03 mg/l	SRPS EN ISO 11885:2011
	Базенске воде	Одређивање слободног хлора и укупног хлора у води (колориметрија)	0,05-6,0 mg/l	DM-319
2.	Земљиште	Квалитет земљишта - Одређивање рН вредности (електрохемијски)	2-12	SRPS ISO 10390:2007
		Квалитет земљишта - Одређивање садржаја суве материје и воде у облику масене фракције (гравиметрија)	0,01-100%	SRPS ISO 11465:2002
		Муљ, третирани биоотпад, земљиште и отпад – Одређивање губитка жарењем (гравиметрија)	0,01-100%	SRPS EN 15935:2013

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
2.	Земљиште <i>наставак</i>	Геотехничко истраживање и испитивање – Лабораторијско испитивање тла – Део 4: Одређивање гранулометријског састава (ситовна анализа, седиментација (ареометар техника, техника пипете)	>0,063mm	SRPS EN ISO 17892-4:2017
		Квалитет земљишта - Одређивање густине сувог земљишта (запреминске масе) цилиндрима по Копецком (гравиметрија)	>0,3 g/cm ³	SRPS EN ISO 11272:2017 тачка 4.1
		Квалиетет земљишта - Одређивање густине чврсте фазе (гравиметријски)	>0,2 g/cm ³	SRPS EN ISO 11508:2018 тачка 4.1
		Одређивање тврдоће земљишта (физичко одређивање)	0,025-0,45 МПа	Методе истраживања и одређивања физичких својства земљишта, Ђ.Бошњак тачка 17.3.1.
		Одређивање хидолитичке киселости земљишта методом по Карпен-и (волуметрија)	>1 смол/kg	Приручник ¹²⁾ стр. 91.-93.
		Одређивање суме адсорбованих базних катјона (S) у земљишту методом по Карпен-и (волуметрија)	>5 смол/kg	Приручник ¹²⁾ стр. 153.-155.
		Степен засићености земљишта адсобованим базама (рачунски)	0-100%	Приручник ¹²⁾ стр. 160
		Одређивање угљеника и хумуса по Тјурину (волуметрија)	Угљеник: >0,006%	Приручник ¹²⁾ стр. 42.-43.
			Хумус: >0,01%	
		Одређивање капацитета адсорпције катјона у земљишту (Т) (рачунски)	>6 смол/kg	Приручник ¹²⁾ стр. 155

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
2.	Земљиште <i>наставак</i>	Квалитет земљишта - Одређивање укупног азота - модификована метода по Kjeldal-у (волуметрија)	> 0,02%	SRPS ISO 11261:2005
		Квалитет земљишта - Одређивање садржаја нитрата у влажном земљишту екстракцијом са раствором калијум-хлорида (спектрофотометрија)	>1 mg NO ₃ .N/kg	ISO/TS 14256-1:2003
		Квалитет земљишта – Одређивање специфичне електричне проводности (електрохемија)	1-20000 µS/cm	SRPS ISO 11265:2007
		Квалитет земљишта – Одређивање фосфора – Спектрометријско одређивање фосфора растворљивог у натријум-бикарбонату (спектрофотометрија)	>10 mg/kg	SRPS ISO 11263:2016
		Квалитет земљишта - Одређивање садржаја карбоната (волуметрија)	>1 g/kg	SRPS ISO 10693:2005
		Одређивање укупног органског угљеника (ТОС) сувим сагоревањем (NDIR)	>0,1%	DM-292
		Одређивање полихлорованих бифенила (PCB) PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180 (GC-MS)	>1,0 µg/kg	DM-297

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
2.	Земљиште <i>наставак</i>	Квалитет земљишта - Одређивање полуиспарљивих ароматичних супстанци (ПАНs) - Naphthalene, Acenaphthylene, Anthracene ,Pyrene, Chrysene, Benzo[g,h,i]perylene, Fluorene, Acenaphthene, Phenanthrene, Fluoranthene, Benzo[a]anthracene Benzo[k]fluoranthene + Benzo[b]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene + Dibenzo[a]anthracene (GC-MS)	>0,01 mg/kg	SRPS ISO 18287:2006
		Одређивање органохлорних пестицида Hexachlorobenzene (HCB), Hexachlorocyclohexane (γ -HCH), Aldrin, Heptachlor (GC-MS)	>0,5 μ g/kg	DM-298

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
2.	Земљиште <i>наставак</i>	<p>Квалитет земљишта - Одређивање испарљивих ароматичних и халогенованих угљоводоника и одабраних етара помоћу гасне хроматографије – Статичка „headspace“ метода –</p> <p>Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromomethane, Carbon disulfide, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroethane, Chloroform, Chloromethane, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP), 1,2-Dibromoethane (EDB), Dibromomethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane (Freon 12), 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethylene, cis-1,2-Dichloroethylene, 1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropene, trans- 1,3-Dichloropropylene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, Ethylbenzene, Methylene chloride, n-Propylbenzene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethane, Styrene, Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethene, Trichlorofluoromethane, Vinyl chloride, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene</p> <p>(GC-MS)</p>	>0,01 mg/kg	SRPS EN ISO 22155:2016

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
2.	Земљиште <i>наставак</i>	Муљ, третирани биоотпад и земљиште - Одређивање елемената оптичко-емисионом спектрометријом са индуковано-куплованом плазмом (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Zn, Sn) (ICP-OES)	Al >2,0 mg/kg As>0,2 mg/kg B> 0,2 mg/kg Ba>0,1 mg/kg Ca>2,0 mg/kg Cd>0,1 mg/kg Co>0,1 mg/kg Cr>0,1 mg/kg Cu>0,1 mg/kg Fe->0,5 mg/kg K> 1,0 mg/kg Mg>1,0 mg/kg Mn>0,2 mg/kg Mo>0,1 mg/kg Na>2,0 mg/kg Ni>0,1 mg/kg Pb>0,2 mg/kg Sb>0,2 mg/kg Se>0,5 mg/kg Sr> 0,1 mg/kg Zn>0,1 mg/kg Sn>0,7 mg/kg	SRPS EN 16170:2017
3.	Отпад Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник РС број 56/2010, 93/2019 и 39/2021	Мерење рН вредности (електрохемијски) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	(2-12) рН јединица	SRPS EN ISO 10523:2016
		Мерење електричне проводности (електрохемијски) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	(1-20000) µS/cm	SRPS EN 27888:2009
		Одређивање садржаја хлорида – титрација сребро-нитратом уз хроматни индикатор (волуметрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	> 50 mg/kg	SRPS ISO 9297/1997 SRPS ISO 9297/1:2007
		Карактеризација отпада - Одређивање сувог остатка и садржаја воде (гравиметрија)	(0,01-100) %	SRPS EN 12880:2007

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
3.	Отпад Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник РС број 56/2010, 93/2019 и 39/2021 <i>наставак</i>	Карактеризација отпада - Одређивање губитка жарењем у узорцима отпада, муља и седимената (гравиметрија)	> 0,8%	SRPS EN 15169:2010 <i>повучен</i>
		Карактеризација отпада – Гравиметријско одређивање садржаја угљоводоника (гравиметрија)	>0,5%	SRPS EN 14345:2008
		Одређивање садржаја шестовалентног хрома (спектрофотометрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	>0,5 mg/kg	SM 3500-Cr B. Colorimetric Method
		Одређивање фенолног индекса (спектрофотометрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	> 5,0 mg/kg	SRPS ISO 6439:1997 део А
		Одређивање садржаја нитрита (спектрофотометрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	>0,1 mg NO ₂ /kg	EPA 354.1:1971
		Одређивање садржаја нитрата (спектрофотометрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	>1 mg N/kg	EPA 352.1:1971
		Одређивање садржаја амонијака (спектрофотометрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	(0,5 – 10) mg/kg	EPA 350.2:1974
		Одређивање садржаја амонијака (волуметрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	> 10 mg/kg	

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
3.	Отпад Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник РС број 56/2010, 93/2019 и 39/2021 наставак	Одређивање садржаја сулфида (волуметрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	>5 mg /kg	SM 4500-S ²⁻ F
		Одређивање садржаја сулфата (гравиметрија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	>45 mg/kg	SM 4500-SO ₄ ²⁻
		Одређивање садржаја флуорида јон-селективном електродом (електрохемија) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	(1-50) mg/kg	SRPS H.Z1.142:1984
		Одређивање садржаја укупног органског угљеника (ТОС) и раствореног органског угљеника (ДОС) (NDIR) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	> 10 mg/kg	SRPS ISO 8245:2007
		Одређивање одабраних полихлорованих бифенила (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180) у чврстом отпаду (GC-MS)	>0,1mg/kg	SRPS EN 17322:2020

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
3.	Отпад Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник број РС 56/2010, 93/2019 и 39/2021 наставак	Карактеризација отпада - Одређивање полицикличних ароматских угљоводоника (acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benzo[a]anthracene, benzo[a]pyrene, benzo[b]fluoranthene, benzo[g,h,i]perylene, benzo[k]fluoranthene, chrysene, dibenzo[a]anthracene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, fluoranthene, fluorene, naphthalene, phenanthrene, pyrene) у отпаду (GC-MS)	>0,1 mg/kg	SRPS ISO 15527:2012 <i>повучен</i>
		Одређивање садржаја лакоиспарљивих ароматичних и халогенованих угљоводоника (carbon tetrachloride, ehloroform, ethylbenzene, toluene, vinyl chloride, o-xylene, m-xylene, p-xylene) (GC-MS)	>0,1 mg/kg	EPA 8260B:1996 / EPA 5032:1996
		Одређивање елемената оптичко-емисионом спектрометријом са идуковано-куплованом плазмом (Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sr, Zn, Sn) (ICP-OES)	Al >2,0 mg/kg As > 0,2 mg/kg B > 0,2 mg/kg Ba > 0,1 mg/kg Cd > 0,1 mg/kg Co > 0,1 mg/kg Cr > 0,1 mg/kg Cu > 0,1 mg/kg Fe > 0,5 mg/kg Mn > 0,2 mg/kg Mo > 0,1 mg/kg Ni > 0,1 mg/kg P > 5,0 mg/kg Pb > 0,2 mg/kg Sb > 0,2 mg/kg Se > 0,5 mg/kg Sr > 0,1 mg/kg Zn > 0,1 mg/kg Sn > 0,7 mg/kg	SRPS EN 16170:2017

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
3.	Отпад Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник РС број 56/2010, 93/2019 и 39/2021 наставак	Одређивање одабраних елемената оптичко-емисионом спектрометријом са идуковано-куплованом плазмом (Al, Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Zn) (ICP-OES) Припрема елуата: SRPS EN ISO 12457(1-4):2008	Al > 1,0 mg/kg Ag > 0,8 mg/kg As > 0,5 mg/kg B > 0,5 mg/kg Ba > 1,0 mg/kg Cd > 0,3 mg/kg Co > 0,3 mg/kg Cr > 0,3 mg/kg Cu > 0,3 mg/kg Fe > 1,0 mg/kg Mn > 0,4 mg/kg Mo > 0,2 mg/kg Ni > 0,4 mg/kg P > 4,0 mg/kg Pb > 0,3 mg/kg Sb > 1,0 mg/kg Se > 0,2 mg/kg Sn > 0,3 mg/kg Sr > 0,5 mg/kg Zn > 0,3 mg/kg	SRPS EN ISO 11885:2011
		Одређивање одабраних елемената оптичко-емисионом спектрометријом са идуковано-куплованом плазмом (Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sr, Zn) (ICP-OES) Припрема TCLP екстракта: EPA 1311:1992	Al > 0,12 mg/l As > 0,06 mg/l B > 0,10 mg/l Ba > 0,11 mg/l Cd > 0,05 mg/l Co > 0,03 mg/l Cr > 0,04 mg/l Cu > 0,03 mg/l Fe > 0,41 mg/l Mn > 0,07 mg/l Mo > 0,02 mg/l Ni > 0,08 mg/l P > 0,42 mg/l Pb > 0,02 mg/l Sb > 0,11 mg/l Se > 0,02 mg/l Sr > 0,03 mg/l Zn > 0,03 mg/l	SRPS EN ISO 11885:2011
4.	Амбијентални ваздух	Одређивање сумпор-диоксида (спектрофотометрија)	20 -350 µg/m ³	DM-299
		Одређивање азот-диоксида (спектрофотометрија)	5 -200 µg/m ³	DM-300
		Одређивање чађи (рефлектометрија)	1,0 – 420 µg/m ³	DM-304
		Одређивање садржаја укупних таложних материја (гравиметрија)	> 6,6 mg/m ² /dan	DM-301

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Физичка и хемијска испитивања отпадне воде, земљишта, отпада и амбијенталног ваздуха				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
5.	Ђубриво	Чврста минерална ђубрива и материје за калцификацију - Одређивање садржаја влаге - Гравиметријска метода сушењем на (105±2) °С	> 0,01 %	SRPS EN 12048:2011
		Ђубрива - Одређивање амонијачног азота (волуметрија)	> 0,1 %	SRPS EN 15475:2016
		Ђубрива - Одређивање нитратног и амонијачног азота према Деварди (волуметрија)	> 0,1 %	SRPS EN 15476:2016
		Екстракција водорастворљивог фосфора и одређивање екстрахованог фосфора (гравиметрија)	> 1 %	SRPS EN 15958:2012 SRPS EN 15959:2012

Место испитивања: на терену				
Испитивање буке у животној средини и отпада				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Животна средина	Мерење и оцењивање буке у животној средини	20 dB до 130 dB	SRPS ISO 1996-1:2019 SRPS ISO 1996-2:2019
2.	Отпад Разврстан према каталогу отпада Сл. гласник РС број 56/2010, 93/2019 и 39/2021	Метода за одређивање хемијског састава (ручни XRF анализатор)	Cr > 0,1% Mn > 0,05% Mo > 0,05% Cu > 0,1%	DM-238

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд Микробиолошка испитивања хране, узорака са површина, средстава за одржавање личне хигијене, козметике, воде				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна, храна за животиње	Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију <i>Salmonella</i> – Део 1: Откривање <i>Salmonella</i> spp.		SRPS EN ISO 6579-1:2017 изузев Анекса Д SRPS EN ISO 6579/A1:2020
		Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Enterobacteriaceae</i> : део 2 – техника бројања колонија		SRPS EN ISO 21528-2:2017
		Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама–техника бројања колонијана 30°C		SRPS EN ISO 4833-1:2014 SRPS EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
		Хоризонтална метода за одређивање броја <i>Clostridium perfringens</i> . Техника бројања колонија		SRPS EN ISO 7937:2010
		Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни -део2: техника бројања колонија у производима са активношћу воде мањом или једнаком 0,95		SRPS ISO 21527-2:2011
		Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (<i>Staphylococcus aureus</i> и друге врсте) део1: техника употребом агара по Берд-Паркеру		SRPS EN ISO 6888-1:2021
2.	Храна	Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Listeria monocytogenes</i> и <i>Listeria</i> spp. - Део 1: Метода откривања		SRPS EN ISO 11290-1:2017
		Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Listeria monocytogenes</i> и <i>Listeria</i> spp. - Део 2: Метода одређивања броја		SRPS EN ISO 11290-2:2017
		Хоризонтална метода за одређивање броја <i>Bacillus cereus</i> –метода бројања колонија на 30°C		SRPS EN ISO 7932:2009

<p>Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд</p> <p>Микробиолошка испитивања хране, узорака са површина, средстава за одржавање личне хигијене, козметике, воде</p>				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна <i>наставак</i>	Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима.		SRPS ISO 15213:2011
		Хоризонтална метода за одређивање броја квасаца и плесни -део 1: техника бројања колонија у производима са активношћу воде већом од 0,95		SRPS ISO 21527-1:2011
		Хоризонтална метода за одређивање броја β-глукуронидаза позитивне <i>Escherichia coli</i> : део 2: техника бројања колонија на 44°C помоћу 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-Д-глукуронида		SRPS ISO 16649-2:2008
		Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Campylobacter</i> spp.-део 1: метода откривања		SRPS EN ISO 10272-1:2017
		Хоризонтална метода за одређивање броја колиформа – техника бројања колонија		SRPS ISO 4832:2014
		Откривање <i>Salmonella</i> spp. (BAX System X5 PCR Assay)		DM-273
		Откривање <i>Listeria monocytogenes</i> (BAX System X5 PCR Assay)		DM-274
		Откривање <i>Cronobacter</i> spp.		SRPS EN ISO 22964:2017
		Хоризонтална техника за бројање мезофилних млечно-киселинских бактерија – „Colony Count“ техника бројања колонија на 30°C		ISO 15214:1998
		Одређивање броја аеробних спорогених бактерија у 1 g или 1 mL		Правилник 11 Метода II/3

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд Микробиолошка испитивања хране, узорака са површина, средстава за одржавање личне хигијене, козметике, воде				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Храна наставак Дијетески производи	Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Enterobacteriaceae</i> - Део 1: Откривање <i>Enterobacteriaceae</i>		SRPS EN ISO 21528-1:2017
	Месо свиња	Хоризонтална метода за откривање патогене <i>Yersinia enterocolitica</i>		SRPS EN ISO 10273:2017
	Месо и производи од меса	Одређивање броја суспектних <i>Pseudomonas spp.</i>		SRPS EN ISO 13720:2016
2.	Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном	Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Enterobacteriaceae</i> -део 2: техника бројања колонија		SRPS EN ISO 21528-2:2017
		Микробиологија ланца хране- Хоризонтална метода за одређивање броја микроорганизама- Део 1: Бројање колонија на 30°C техником наливања плоче		SRPS EN ISO 4833-1:2014 SRPS EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
		Хоризонтална метода за откривање, одређивање броја и серотипизацију <i>Salmonella</i> – Део 1: Откривање <i>Salmonella spp.</i>		SRPS EN ISO 6579-1:2017 без анекса Д SRPS EN ISO 6579-1:2017 /A1:2020
		Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Listeria monocytogenes</i> и <i>Listeria spp</i> – Део 1: Метода откривања		SRPS EN ISO 11290-1:2017
		Хоризонтална метода за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (<i>Staphylococcus aureus</i> и друге врсте)-Део:3 Откривање и MPN техника за мале бројеве		SRPS EN ISO 6888-3: 2009

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Микробиолошка испитивања хране, узорака са површина, средстава за одржавање личне хигијене, козметике, воде				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
3.	Предмети опште употребе Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела	Одређивање укупног броја аеробних мезофилних микроорганизама		Правилник ⁸⁾ метода II.1
		Одређивање укупног броја квасаца и спора плесни		Правилник ⁸⁾ метода II.1
		Изоловање и идентификација коагулаза позитивних стафилокока		Правилник ⁸⁾ метода II.2
		Изоловање и идентификација <i>Pseudomonas aeruginosa</i>		Правилник ⁸⁾ метода II.3
		Изоловање и идентификација <i>E. Coli</i>		Правилник ⁸⁾ метода II.4
		Изоловање и идентификација <i>Proteus vrsta</i>		Правилник ⁸⁾ метода II.5
	Козметика	Детекција <i>Escherichia coli</i>		SRPS EN ISO 21150:2016
		Детекција <i>Pseudomonas aeruginosa</i>		SRPS EN ISO 22717:2016
		Одређивање броја квасница и плесни		SRPS EN ISO 16212:2017
		Одређивање броја и детекција аеробних мезофилних бактерија		SRPS EN ISO 21149:2017
		Откривање <i>Staphylococcus aureus</i>		SRPS EN ISO 22718:2016
		Козметика-Микробиологија-Откривање <i>Candida albicans</i>		SRPS EN ISO 18416:2016
		Козметика-Микробиологија-вредновање антимикробне заштите козметичких производа		SRPS EN ISO 11930:2019

<p>Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд</p> <p>Микробиолошка испитивања хране, узорака са површина, средстава за одржавање личне хигијене, козметике, воде</p>				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
4.	Вода Вода за пиће, природна минерална, природна изворска и стона вода базенска вода	Квалитет воде-Откривање и одређивање броја <i>Escherichia coli</i> и колиформних бактрија- Део 1: Метода мембранске филтрације за воде са ниским позадинским растом		SRPS EN ISO 9308-1:2017 SRPS EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
		Квалитет воде- Откривање и одређивање броја <i>Pseudomonas aeruginosa</i> – метода мембранске филтрације		SRPS EN ISO 16266:2010
		Квалитет воде- Одређивање броја културуабилних микро-организама – бројање колонија засејавањем у подлогу хранљиви агар		SRPS EN ISO 6222:2010
	Вода за пиће, природна минерална, природна изворска и стона вода	Квалитет воде- Откривање и одређивање броја цревних ентерокока- Део 2: Метода мембранске филтрације		SRPS EN ISO 7899-2:2010
		Доказивање присуства и броја сулфиторедукујућих клостридија		Приручник ²⁾ Део 2.а.1 метода. 5.1.1.
		Квалитет воде – Откривање и одређивање броја спора сулфиторедукујућих спорогених анаероба (клостридија) – Део 2 Метода мембранске филтрације		SRPS EN ISO 26461-2:2009
	Базенска вода	Откривање и одређивање броја <i>Staphylococcus aureus</i>		SMEWW 12th 9231 APHA
5.	Биоциди и биоцидни производи Хемијска дезинфекциона средства и антисептици	Хемијска и дезинфекциона средства и антисептици- Квантитативно испитивање суспензије за вредновање бактерицидног дејства хемијских дезинфекционих средстава и антисептика који се употребљавају у исхрани, индустрији, домаћинству и установама.– Метода испитивања и захтеви (фаза 2, корак 1)		SRPS EN 1276:2019

Место испитивања: лабораторија, на адреси Зрењанински пут 114, Београд				
Микробиолошка испитивања хране, узорака са површина, средстава за одржавање личне хигијене, козметике, воде				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
5.	Биоциди и биоцидни производи Хемијска дезинфекциона средства и антисептици <i>наставак</i>	Хемијска и дезинфекциона средства и антисептици- Квантитативно испитивање суспензије за вредновање фунгицидног дејства или дејства на квасце хемијских дезинфекционих средстава и антисептика који се користе у исхрани, индустрији, домаћинству и установама- Метода испитивања и захтеви (фаза 2, корак 1)		SRPS EN 1650:2019

Узорковање			
Р. Б.	Предмет узорковања материјала/производ	Врста узорковања	Референтни документ
1.	Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном	Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површина помоћу контактних плоча и брисева	SRPS ISO 18593:2018
2.	Отпадне воде	Узимање узорака за хемијска испитивања	SRPS EN ISO 5667-1:2022 SRPS EN ISO 5667-10:2021 изузев т.4.2.2 SRPS EN ISO 5667-3:2018
3.	Базенске воде	Узимање узорака за хемијска испитивања	SRPS ISO 5667-5:2008
4.	Површинска вода	Узимање узорака за хемијска испитивања	SRPS ISO 5667-6:2017
5.	Земљиште	Квалитет земљишта Узимање узорака земљишта за физичко хемијска испитивања	ISO 18400-101:2019 ISO 18400-102:2020 ISO 18400-103:2020 ISO 18400-104:2019 ISO 18400-107:2019 ISO 18400-202:2019 ISO 18400-203:2020 ISO 18400-205:2019

Узорковање			
Р. Б.	Предмет узорковања материјала/производ	Врста узорковања	Референтни документ
6.	Отпад	Карактеризација отпада – узимање узорака отпада	SRPS CEN/TR 15310-1:2009 SRPS CEN/TR 15310-2:2009 SRPS CEN/TR 15310-3:2009 SRPS CEN/TR 15310-4:2009 SRPS CEN/TR 15310-5:2009

Напомена 1 – Списак пестицида за методу DM-181

Acetohlor	Dichlofluand	Fluridone	Piperonylbutoxide
Aklonifen	Dichlorobenzonitrile 2,6-(Dichlobenil)	Heptachlor	Pirimiphos-methyl
Alidohlor	Dichlorvos	Heptachlorepoxyde	Procymidone
Ansimidol	Diclobutrazol	Haloksifop-metil	Profenofos
Anilofos	Diclofop-methyl	Heptenofos	Prometon
Atraton	Dieldrin	Heksazinon	Prometryn
Acrinathrin	Diflufenican	Hlordimeform	Pronamide
Alachlor	Dimethachlor	Hloretoksifoks	Propachlor
Aldrin	Dinitramine	Hlorfenvinfos	Propazine
Ametryn	Disulfoton	Hlormefos	Propoconazole
Atrazine	Disulfotonsulfone	Hloroneb	Prosulfocarb
Beflubutamid	DDD-o,p	Hlorotalonil	Prothiofos
Benfurezat	DDE-o,p	Hlorpirifos-okson	Pyrazophos
Benoksakor	Demeton-S	Ipconazole	Pirimicarb-p-Desmetil
Benzoilprop-etil	Dialifos	Isocarbophos	Propetamfos
Bifenil	Diazinon-okson (Diazokson)	Isopropalin	Piraklofos
Bromociklen	Dihlormid	Imibenkonazol	Piriftalid
Butahlor	Dihloran	Iprobenfos	Pirokvilon
Benfluralin	Dimefoks	Iprodion	Quinalphos
BHC-alpha (benzenhexachloride)	Diofenolan	Izofenfos	Ronnel (Fenchlorphos)
BHC-beta	Edifenphos	Isoksadifen-etil	Sulfate
BHC-delta	EndosulfanI	Klodinafop-propargil	Silafluofen
BHC-gamma (Lindane)	Endrin	Klokvintocet-meksil	Spiromesifen
Bifenthrin	EPN	Kumafos	Sulprofos
Bitertanol	Ethion	Krimidin	Tefluthrin
Bromophos-ethyl	Ethoprophos (Ethoprop)	Kvintozen	Terbufos
Bromuconazole	Etridiazole (Terrazole, Echlomezol)	Kvizalofop-etil	Terbumeton
Butralin	Endosulfan sulfate	Leptofos	Terbutryn
Butylate	Epoksikonazol	Mefenpir-dietil	Tetrachlorvinphos, E-isomer
Chlordane-cis (alpha)	Esprokarb	Mireks	Tetradifon

Chlordane-trans (gamma)	Etakonazole	Malathion	Tolclofos-methyl
Chlorfenapyr	Etiolate	MCPA-methyl	Tolylfluamid
Chlorfenson	Etilan (Etil-DDD, Pertane)	Methacrifos	Triallate
Chlorobenzilate	Etoksazol	Methidathion	Trichloronat
Chlorpropham	Esfenvalerat	Methoprotryne	Trifluralin
Chlorpyrifos	Famphur	Methoxychlo, p,p'-	Terbutilazin
Chlorpyrifos-methyl	Fenamiphos (Phenamiphos)	Metrafenone	Terbutilazin-desetil
Clomazone	Fenitrothion	Mevinphos	Tetramethrin I
Cycloate	Fenpropathrin	Nitralin	Tetramethrin II
Ciflutrin	Fensulfothion	Nitrofen	Tiazopir
Cyhalofop-butyl	Fenthion	Norflurazon	Trietazine
Cyhalothrin (lambda)	Fenvalerate	Nuarimol	Unikonazol
Cipermetrin	Fipronil	Oxadiazon	Vinclozolin
Cyprodinil	Fluazifop-p-butyl	Oxyfluorfen	Cadusafos
Cijanofenos	Flucythrinate	Parathion	Cafenstrole
Cijanofos	Flumioxazin	Parathion-methyl	Carbophenothion
Cimiazol	Fluotrimazole	Penconazole	Chinomethionate (Oxythioquinox)
Ciprofuram	FlurochloridoneI (Fluorochloridone)	Pendimethalin	Climbazole
DCPA (Dacthal, Chlorthal-dimethyl)	Fluroxypry-1-methylheptyl	PermethrinI (cis)	DDD-p,p'
Deltamethrin	Fluvalinate-tau	PermethrinII (trans)	DDE-p,p'
Diallate	Fosthiazate	Phenothrin	DDT-o,p
Diazinon	Fensulfotion sulfon	Phenylphenol, 2-	DDT-p,p'
Phorate sulfone	Fipronil sulfon	Phorate	Hexachlorobenzene
	Pyributicarb	Phosalone	Metalaksil
		Picolinafen	
		Pyridaphenthion	

Напомена 2 – Списак пестицида за методу DM-222					
Acetamiprid	Carpropamid	Famoxadon	Flufenacet	Nitenpyram	Sethoxydim
Aldicarb	Catrix	Fenamidone	Flufenoxuron	Omethoate	Sulfosulfuron
AldicarbSulfone	Chlorbromuron	Fenarimol	Fluometuron	Oxadixyl	Secbumeton
AldicarbSulfoxide	Chloridazon	Fenazaquin	Fluopicolide	Oxamyl	Siduron
Aminocarb	Chlorsulfuron	Fenbuconazole	Imazamethabenz Methyl	Oxycarboxin	Silthiofam
Azinphos-ethyl	Cinosulfuron	Fenhexamid	Imazapyr	Oxydemeton-methyl	Simazine
Azinphos-methyl	Climbazole	Fenobucarb	Imazaquin	Ofurace	Simetryn
Azoxystrobin	Crufomate	Fluoxastrobin	Imazethapyr	Orbencarb	SpinetoramA
Atrazine Desethyl	Cyanazine	Fluquinconazole	Imazosulfuron	Oryzalin	SpinosadA
Azaconazole	Cycloheximide	Flusilazole	Iodosulfuron Methyl	Paclbutrazol	SpinosadD
Azamethiphos	Cycloxydim	Flutolanil	Isofenphos Methyl	Phenthoate	Spirodiclofen
Benalaxyl	Desmedipham	Flutriafol	Isoprothiolane	Phosmet	Spirotetramat
Bendiocarb	Dicrotophos	Fonofos	Isopyrazam	Phosphamidon	Spiroxamine

Bentazone	Diethofencarb	Forchlorfenuron	Grideofulvin	Phoxim	Sulfentrazone
Benthiavalicarb, isopropyl	Difenoconazole	Furalaxyl	Kresoxim-methyl	Picoxystrobin	Sulfotep
Benzoximate	Diflubenzuron	Furathiocarb	Lactofen	Pirimicarb	Tebupirimfos
Bifenazate	Dimefuron	Fenamiphos Sulfone	Lenacil	Prochloraz	Tebutam
Boscalid	Dimethenamid	Fenamiphos Sulfoxide	Linuron	Promecarb	Tepraloxymid
Bupirimate	Dimethoate	Fenoxanil	Malaoxon	Propamocarb	Terbufos Sulfone
Buprofezin	Dimethomorph	Fenthion Oxon	Mandipropamid	Propargite	Thifensulfuron -methyl
Butafenacil	Dimoxystrobin	Flamprop Isopropyl	Mepanipyrim	Propham	Thiodicarb
Butocarboxim	Diniconazole	Florasulam	Mepronil	Propiconazole	Tiocarbazil
Benodanil	Dinotefuran	Fluazifop	Metalaxyl	Propoxur	Tribenuron- methyl
Bensulide	Dioxacarb	Flubendiamide	Metazachlor	Proquinazid	Tebuconazole
Bixafen	Diphenylamine	Fluopyram	Metconazole	Prosulfuron	Tebufenozide
Brodifacoum	Diuron	Fluroxypyr	Methabenzthiazuron	Prothioconazole	Tebufenpyrad
Bromfenvinphos	Daimuron	Flurprimidol	Methiocarb	Pyracarbolid	Tebuthiuron
BTS 44595	Demeton-S- Methyl	Fluxapyroxad	MethiocarbSulfone	Pyraclostrobin	Temephos
BTS 44596	Demeton-S- Methylsulfone	Fomesafen	MethiocarbSulfoxide	Pyraflufen-ethyl	Thiabendazole
Butamifos	Desmethrin	Hexaconazole	Methomyl	Pyridaben	Thiacloprid
Carbaryl	Dichlophenthion	Hexythiazox	Methoxyfenozide	Pyrimethanil	Thiamethoham
Carbendazim	Dimepiperate	Haloxypop	Metobromuron	Pyriproxyfen	Thidiazuron
Carbetamide	Dimetilan	Haloxypop Ethotyl	Metolachlor	Paraoxon Ethyl	Thiobencarb
Carbofuran	Diphenamide	Imazalil	Metoxuron	Pebulate	Thionazin
Carboxin	Disulfoton Sulfoxide	Imidacloprid	Metribuzin	Pencycuron	Tralkohudim
Carfentrazone-ethyl	Ditalimfos	Indoxacarb	Mexacarbate	Penthiopyrad	Triadimefon
Chlorantraniliprole	DMST	Iprovalicarb	Molinate	Pethoxamid	Triadimenol
Chlorotoluron	Dodemorph	Isazofos	Monocrotophos	Phorate Sulfone	Triazophos
Chloroxuron	Emamectin-B1 a-benzoate	Isoprocab	Monolinuron	Piperophos	Trichlorofon
Chlorpyrifos-ethyl	Emamectin-B1 b-benzoate	Isoproturon	Monuron	Pretilachlor	Tricuzazole
Clethodim	EPTC	Isoxaben	Myclobutanil	Propaphos	Triflohubstrobin
Clofentezine	Ethalfuralin	Fenoxaprop-P-ethyl	Mecarbam	Propaquizafop	Triflumizole
Clothianidin	Ethiofencarb	Fenoxycarb	Mesosulfuron Methyl	Pyributicarb	Triflumuron
Cyazofamid	Ethiprole	Fenpyroximate	Metolcarb	Pyridaphenthion	Triticonazole
Cycluron	Ethofumesate	Fenthion-sulfoxide	Metosulam	Pyrifenox	Vamidothion
Cyflufenamid	Ethoxyquin	Fenuron	Metsulfuron-methyl	Pyroxulam	Valifelanate
Cyproconazole_I	Etofenprox	Flonicamid	Napropamide	Quinoxifen	Vernolate
Cyproconazole_II	Ethidimuron	Flucycloxuron	Neburon	Rimsulfuron	Warfarin

Zohamide	Ethirimol	Fludioxonil	Nicosulfuron	Saflufenacil	Pirimiphos-ethul
Flupyradifurone	Cumohanil	Fenothiocarb	Mefenacet	Tetraconazole	Fenpyrazamine
	1-Naphthylacetamide	3-Hydroxycarbofuran	Fenpropidin	Thiophanate-methyl	

Напомена 3

1. Ethylhexyl Methoxycinnamate
2. Benzophenone-3
3. Ethylhexyl Salicylate
4. Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid
5. Butyl Methoxydibenzoylmethane
6. Benzophenone-4/5
7. 4-Methylbenzylidene Camphor
8. Homosalate

Напомена 4 – Списак анализа за методу DM-204

Phthalimide	Dipropetryn	Fensulfothion
Tetrahydrophthalimide, cis-1,2,3,6-	Fenpropimorph	DDD-p,p'
Demeton-S-methyl	Aldrin	Fensulfothion sulfon
Ethoprophos (Ethoprop)	Bromophos	DDT-o,p'
Cadusafos	Heptachlor exo-epoxide (isomer B)	DDT-p,p'
BHC-alpha (benzene hexachloride)	Heptachlor endo-epoxide (isomer A)	Spiromesifen
Demeton-S	Captan	Bifenthrin
Hexachlorobenzene	Folpet	Methoxychlor, p,p'-
Dimethoate	Haloxypop-methyl	Cyhalothrin (lambda)
BHC-beta	Chlordane-trans (gamma)	Acrinathrin
BHC-gamma (Lindane, gamma HCH)	Disulfoton sulfone	Permethrin I
Terbufos	Flumetralin	Permethrin II (trans)
Disulfoton	Endosulfan I (alpha isomer)	Cyfluthrin I
Tefluthrin, cis-	Chlordane-cis (alpha)	Cypermethrin I (Zeta)
BHC-delta	DDE-p,p'	Flucythrinate I
Pentachloroaniline	Dieldrin	Flucythrinate II {CAS # 70124-77-5}
Simeconazole	Nitrofen	Fenvalerate I
Alachlor	Endrin	Fenvalerate II {CAS # 51630-58-1}
Heptachlor	Chloropropylate	Esfenvalerate (Fenvalerate A-alpha)
Propisochlor	Endosulfan II (beta isomer)	Deltamethrin

Напомена 5 – Списак анализа за методу ISO 12966-4:2015 са њиховим LOQ

1. Caproic acid methyl ester 0.2 g na 100 g masti	19. Linoleic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
2. Caprylic acid methyl ester 0.2g na 100 g masti	20. Arachidic acid methyl ester 0.2g na 100 g masti
3. Capric acid methyl ester 0.2g na 100 g masti	21. g-Linolenic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
4. Undecanoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	22. Linolenic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
5. Lauric acid methyl ester 0.2g na 100 g masti	23. cis-11-Eicosenoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
6. Tridecanoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	24. Heneicosanoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
7. Myristic acid methyl ester 0.2g na 100 g masti	25. cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 0.1g na
8. Myristoleic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	

9. Pentadecanoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	100 g masti
10. cis-10-Pentadecenoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	26. Methyl cis-8,11,14-eicosatrienoate 0.1g na 100 g masti
11. Palmitic acid methyl ester 0.3g na 100 g masti	27. Erucic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
12. Palmitoleic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	28. Arachidonic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
13. Heptadecanoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	29. cis-11-14-17-Eicosatrienoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
14. cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	30. Tricosanoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
15. Elaidic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	31. cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
16. Oleic acid methyl ester 0.2g na 100 g masti	32. cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 0.2g na 100 g masti
17. Linolelaidic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti	33. Lignoceric acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
	34. Nervonic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti
	35. cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 0.1g na 100 g masti

Напомена 6 - Списак анализа за методу DM-244

Ampicilin
Klindamicin
Enrofloksacin
Sarafloksacin
Sulfahloropiridazin
Sulfadimetoksin
Sulfametoksazol

Напомена 7 Списак анализа за методу DM-302

Karbendazim
Karbofuran
Dodin
Fluopiram
Metalaksil
Lufenuron

Напомена 8 – Списак пестицида за методу DM-312

3-Hydroxycarbofuran	Dimethenamid	Indoxacarb	Paclbutrazol
Acetamiprid	Dimethoate	Isoprocarb	Pencycuron
Aldicarb	Dimethomorph	Lenacil	Phosmet
Aldicarb Sulfone	Dimoxystrobin	Malaoxon	Phosphamidon
Aldicarb Sulfoxide	Disulfoton Sulfoxide	Mandipropamid	Pirimicarb
Aminocarb	Ethidimuron	Mepronil	Propoxur
Azinphos-methyl	Ethiofencarb	Metalaxyl	Pyraflufen-ethyl
Azoxystrobin	Ethiprole	Methabenzthiazuron	Pyrimethanil
Bendiocarb	Ethirimol	Methiocarb Sulfone	Sethoxydim
Butafenacil	Fenamidone	Methiocarb Sulfoxide	Siduron
Carbaryl	Fenobucarb	Methomyl	Silthiofam
Carbendazim	Fenothiocarb	Metobromuron	Simetryn
Carbetamide	Fenpyroximate	Metolcarb	Spirodiclofen

Carbofuran	Fenthion Oxon	Metribuzin	Spirotetramat
Carpropamid	Fenthion-sulfoxide	Mexacarbate	Sulfosulfuron
Chlorantraniliprole	Fluazifop	Monocrotophos	Sulfotep
Chlorbromuron	Flufenacet	Nicosulfuron	Thiacloprid
Chlorpyrifos-ethyl	Flufenoxuron	Nitenpyram	Thionazin
Chlorsulfuron	Fluopyram	Ofurace	Tralkoxydim
Cinosulfuron	Flusilazole	Omethoate	Vamidothion
Cyazofamid	Furathiocarb	Oxadixyl	Vernolate
Diethofencarb	Imazalil	Oxamyl	Warfarin
Dimefuron	Imidacloprid	Oxydemeton-methyl	

Напомена 9– EURL SRM Analysis of Acidic Pesticides using QuEChERS (EN15662) and acidified QuEChERS method

2,4,5-T	2,4-D	Fenoxaprop	Haloxyfop
2,4,5-TP	2,4-DB	Fluazifop	MCPA
MCPB	MCP		

Напомена 10 – Списак пестицида за методу **DM-324**

3-Hydroxycarbofuran	Dimethenamid	Indoxacarb	Paclbutrazol
Acetamiprid	Dimethoate	Isoprocarb	Pencycuron
Aldicarb	Dimethomorph	Lenacil	Phosmet
Aldicarb Sulfone	Dimoxystrobin	Malaoxon	Phosphamidon
Aldicarb Sulfoxide	Disulfoton Sulfoxide	Mandipropamid	Pirimicarb
Aminocarb	Ethidimuron	Mepronil	Propoxur
Azinphos-methyl	Ethiofencarb	Metalaxyl	Pyraflufen-ethyl
Azoxystrobin	Ethiprole	Methabenzthiazuron	Pyrimethanil
Bendiocarb	Ethirimol	Methiocarb Sulfone	Sethoxydim
Butafenacil	Fenamidone	Methiocarb Sulfoxide	Siduron
Carbaryl	Fenobucarb	Methomyl	Silthiofam
Carbendazim	Fenothiocarb	Metobromuron	Simetryn
Carbetamide	Fenpyroximate	Metolcarb	Spiroclufen
Carbofuran	Fenthion Oxon	Metribuzin	Spirotetramat
Carpropamid	Fenthion-sulfoxide	Mexacarbate	Sulfosulfuron
Chlorantraniliprole	Fluazifop	Monocrotophos	Sulfotep
Chlorbromuron	Flufenacet	Nicosulfuron	Thiacloprid
Chlorpyrifos-ethyl	Flufenoxuron	Nitenpyram	Thionazin
Chlorsulfuron	Fluopyram	Ofurace	Tralkoxydim
Cinosulfuron	Flusilazole	Omethoate	Vamidothion
Cyazofamid	Furathiocarb	Oxadixyl	Vernolate
Diethofencarb	Imazalil	Oxamyl	Warfarin
Dimefuron	Imidacloprid	Oxydemeton-methyl	

Напомена 11 – Списак пестицида за методу **DM-325**

Acetochlor	Chlorpyrifos-methyl	Ethoprophos (Ethoprop)	Parathion-methyl
Aclonifen	Chlorpyrifos-oxon	Etoxazole	Penconazole
Acrinathrin	Coumaphos	Fenitrothion	Pendimethalin
Alachlor	Cyfluthrin	Fenpropathrin	Permethrin I
Aldrin	Cyhalothrin (lambda)	Fenthion	Permethrin II (trans)
Allidochlor	Cypermethrin IV	Fenvalerate I - Esfenvalerat	Phenothrin I

BHC-alpha	Cyprodinil	Fenvalerate II - Esfenvalerat	Phenothrin II
BHC-beta	DDD-o,p	Fipronil	Pirimicarb-p-Desmethyl
BHC-delta	DDD-p,p'	Fipronil sulfone	Pirimiphos-methyl
BHC-gama (Lindane)	DDE-o,p	Fluvalinate-tau I	Profenofos
Bifenthrin	DDE-p,p'	Heptachlor	Propachlor
Bromophos-ethyl	DDT-o,p	Heptachlor endo-epoxide (isomer A)	Propetamphos
Cadusafos	DDT-p,p'	Heptachlor exo-epoxide (isomer B)	Pyrazophos
Chlordane-cis (alpha)	Deltamethrin	Hexachlorobenzene	Quintozene
Chlordane-trans (gamma)	Diazinon	Iprodion	Spiromesifen
Chlorfenapyr	Diazinon-oxon (Diazoxon)	Malathion	Tefluthrin, cis-
Chlorfenson	Dieldrin	Methacrifos	Tetrachlorvinphos, E-isomer
Chlorfenvinphos	Endosulfan I (alpha isomer)	Methidathion	Tetramethrin I
Chlormephos	Endosulfan II (beta isomer)	Methoxychlor, p,p'-	Tetrametrin II
Chlorobenzilate	Endosulfan sulfate	Metrafenone	Trifluralin
Chlorpropham	Endrin	Nitrofen	Vinclozolin
Chlorpyrifos	Ерохуconazole	Parathion	

Напомена 12 – Списак пестицида и полихлорованих бифенила (PCB) за методу DM-327

Acetochlor	Chlorpyrifos-methyl	Ethoprophos (Ethoprop)	Parathion-methyl
Aclonifen	Chlorpyrifos-oxon	Etoazole	Penconazole
Acrinathrin	Coumaphos	Fenitrothion	Pendimethalin
Alachlor	Cyfluthrin	Fenpropathrin	Permethrin I
Aldrin	Cyhalothrin (lambda)	Fenthion	Permethrin II (trans)
Allidochlor	Cypermethrin IV	Fenvalerate I - Esfenvalerat	Phenothrin I
BHC-alpha	Cyprodinil	Fenvalerate II - Esfenvalerat	Phenothrin II
BHC-beta	DDD-o,p	Fipronil	Pirimicarb-p-Desmethyl
BHC-delta	DDD-p,p'	Fipronil sulfone	Pirimiphos-methyl
BHC-gama (Lindane)	DDE-o,p	Fluvalinate-tau I	Profenofos
Bifenthrin	DDE-p,p'	Heptachlor	Propachlor
Bromophos-ethyl	DDT-o,p	Heptachlor endo-epoxide (isomer A)	Propetamphos
Cadusafos	DDT-p,p'	Heptachlor exo-epoxide (isomer B)	Pyrazophos
Chlordane-cis (alpha)	Deltamethrin	Hexachlorobenzene	Quintozene
Chlordane-trans (gamma)	Diazinon	Iprodion	Spiromesifen
Chlorfenapyr	Diazinon-oxon (Diazoxon)	Malathion	Tefluthrin, cis-
Chlorfenson	Dieldrin	Methacrifos	Tetrachlorvinphos, E-isomer
Chlorfenvinphos	Endosulfan I (alpha isomer)	Methidathion	Tetramethrin I
Chlormephos	Endosulfan II (beta isomer)	Methoxychlor, p,p'-	Tetrametrin II
Chlorobenzilate	Endosulfan sulfate	Metrafenone	Trifluralin
Chlorpropham	Endrin	Nitrofen	Vinclozolin

Chlorpyrifos	Epoxyconazole	Parathion	
2,2',3,4,4',5,5'- Heptachlorobiphenyl (BZ #180)	2,2',4,5,5'- Pentachlorobiphenyl (BZ #101)	2,4,4'-Trichlorobiphenyl (BZ #28)	
2,2',3,4,4',5'- Hexachlorobiphenyl (BZ #138)	2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (BZ #52)		
2,2',4,4',5,5'- Hexachlorobiphenyl (BZ #153)	2,3',4,4',5'- Pentachlorobiphenyl (BZ #118)		

Напомена 13 – Списак пестицида за методу DM-323

1,2-Dibromoethane	Bromadiolone	DMOC	Oxasulfuron
Acephate	Buturon	Doramectin	Prallethrin
Alanycarb	Cadusafos	Eprinomectin	Pymetrozine
Allethrin	Cafenstrole	Flocoumaten	Quinoclamine
Ametoctradin	Carbosulfan	Fluazinam	Resmethrin NH4
Amidosulfuron	Cartap	Fluoroacetamide	Rotenone
Amisilbrom	Chlorfenvinphos	Foramsulfuron	Sulfuramid
Amitraz	Chlorfluazuron	Formetanate	TCMTB
Amitraz DMA	Cinidon-Ethyl	Halofenozide	Teflubenzuron
Amitraz DMF	Clodinatop-Propargyl	Hexaflumurone	Terbufos Sulfoxide
Amitraz DMPF	Cloquintocet-Mexyl	Imazamox	Terbutylazine
Avermectin B1a	Coumatertraly	Isoxathion	Terbutylazine, Desethyl
Avermectin B1b	Crotoxyphos	Ivermectin B1a	Terbutylazine-2-hydroxy
Bnfulcarb	Cyantraniliprol	Ivermectin B1b	Thiosultap
Benomyl	Cyaromazine	Metaflumizone	Thiram
Bensulfuron-Methyl	Dialifos	Metalaxyl-M	Trimethyl cation
Bentazone	Difenacoum	Metamitron	Validamicin
Benzoylprop-Ethyl	Difethialone	Methamidophos	XMC
Bifenox	Dinoseb	Naled	Ziram
Bioresmethrin	Dinoterb	Nereistoxin	
Blasticidin-S	Diphacinone	Nicarbazine	

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
Приручник ¹⁾	Анализа животних намирница, Ј.Трајковић, С. Шилер, Технолошко-металуршки факултет, Београд 1983
Приручник ²⁾	Вода за пиће- Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, Савезни завод за здравствену заштиту, НИП Привредни преглед, Београд, 1990.
Приручник ³⁾	Reversed-Phase HPLC Separation of Water-Soluble Vitamins on Agilent ZORBAX Eclipse Plus Columns; Agilent Application; Anna Glinko, Michael J. Bozym, Michelle L. Owens, and Karyn M. Usher Department of Chemistry West Chester University West Chester, PA 19383 USA Ronald E. Majors Agilent Technologies, Inc. 2850 Centerville Road Wilmington, DE, 19808 USA

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
Приручник ⁴⁾	Laboratory Activity for the Determination of Nicotine in Electronic Cigarette Liquids using Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Pagano T, Bida MR, Robinson RJ.
Приручник ⁵⁾	Упутство произвођача кита - Celer FUMO Enzyme immunoassay for detection of fumonisins HU0040012/HU0040032
Правилник ¹⁾	Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа ради контроле квалитета производа од воћа и поврћа "Сл. лист СФРЈ" бр. 29/83.
Правилник ²⁾	Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа млека и производа од млека "Сл. лист СФРЈ" бр. 32/83.
Правилник ³⁾	Правилник о методама хемијских и физичких анализа за контролу квалитета жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзосмрзнутих теста "Сл. лист СФРЈ" бр. 74/88.
Правилник ⁴⁾	Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа какао зрна, какао производа, производа сличних чоколади, бомбонских производа, крем производа, кекса и производа сродних кексу "Сл. лист СФРЈ" бр. 41/87, 29/16.
Правилник ⁵⁾	Правилник о методама узимања узорака и методама вршења хемијских и физичких анализа алкохолних пића "Сл. лист СФРЈ" бр. 70/87.
Правилник ⁸⁾	Правилник о методама за одређивање рН вредности и количине токсичних метала и неметала у средствима за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и за утврђивање микробиолошке исправности тих средстава "Сл. лист СФРЈ" бр. 46/83.
Правилник ¹⁰⁾	Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне хране "Сл. лист СФРЈ", бр. 15/872
Правилник ¹¹⁾	Правилник о методама вршења микробиолошких анализа и суперанализа животних намирница Сл. лист СФРЈ бр 25/80
Приручник ¹²⁾	Приручник за испитивање земљишта ЈДПЗ, Група аутора, М.Богдановић, ур 1966)
IOV	OIV-Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis, MA, Edition 2021
DM-001	1. EPA METHOD 200.7: Determination of metals and trace elements in water and wastes by inductively coupled plasma – atomic emission spectrometry 2. EPA METHOD 200.8: Determination of trace elements in water and wastes by inductively coupled plasma – mass spectrometry 3. Calcium, Inductively coupled plasma (ICP) determination, United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, Office of Public Health and Service U.S. Environmental Agency. Inductively coupled plasma – Atomic Emission Spectrometry Method for the Analysis of waters and solids, EMCC, July 1992.
DM-009	1. Практикум за израду хемијских и микробиолошких анализа вода, Д. Манојловић страна 5. 2. Аналитичка испитивања у технолошкој производњи, Владимир Рекалић, Олга Виторовић, Технолошко-металуршки факултет, Београд 1988.
DM-010	1. Трајковић, М. Мирић, Ј. Барас, С. Шилер: Анализа животних намирница, 1983. страна 673-675. 2. Практикум за израду хемијских и микробиолошких анализа вода, Д. Манојловић страна 10, 11 и 13. 3. Аналитичка испитивања у технолошкој производњи, Владимир Рекалић, Олга Виторовић, Технолошко-металуршки факултет, Београд 1988.
DM-011	1. Трајковић, М. Мирић, Ј. Барас, С. Шилер: Анализа животних намирница, 1983. страна 675-677. 2. Аналитичка испитивања у технолошкој производњи, Владимир Рекалић, Олга Виторовић, Технолошко-металуршки факултет, Београд 1988.
DM-013	1. АОАС 900.02 2. Ј. Трајковић, М. Мирић, Ј. Барас, С. Шилер: Анализа животних намирница, 1983. страна 35.
DM-015	Ј. Трајковић, М. Мирић, Ј. Барас, С. Шилер: Анализа животних намирница, 1983. страна 13.
DM-016	Application Note No. 117/2013, Buchi
DM-017	АОАС 979.08

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности – Савезни завод за здравствену заштиту, Београд 1990; 2. SRPS H.Z1.200:1992 Отпадне воде, одређивање остатака пестициде (органохлорна, органофосфорни карбаматна једињења) – Метода гасне хроматографије. 3. Solid-phase extraction (SPE), EPA method 3535, December 1996; 4. Separatory funnel liquid – liquid extraction, EPA method 3510 C, December 1996; 5. Organochlorine pesticides by gaschromatography, EPA method 8081 A, December 1996; 6. QIADM 064, Одређивање пестицида у пијаћој води; 7. EPA method 508, Determination of chlorinated pesticides in water by gaschromatography with an electron capture detector, Revision 3.1, National exposure research laboratory, Office of research and development, U.S. Environmental protection agency, 1995. 8. EPA method 525.2, Determination of organic compounds in drinking water by liquid-solid extraction and capillary column gas chromatography – mass spectrometry, Revision 2.0, National exposure research laboratory, Office of research and development, U.S. Environmental protection agency;
DM-020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет, “Сл. ЛистСФРЈ” 26/83 2. Упутство произвођача Thermo Fisher Scientific 3. SRPS EN 1186-1:2008 Материјали и предмети у додиру са прерамбеним производима – Пластичне масе - Део 1 Упутство за избор услова и метода испитивања за укупну миграцију; 4. SRPS EN 1186-9:2008 Материјали и предмети у додиру са прерамбеним производима – Пластичне масе - Део 9 Методе испитивање за укупну миграцију у симулаторе хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитују.
DM-021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет, “Сл. ЛистСФРЈ” 26/83 2. http://crl-fcm.it/files/OM/OM3_ag_immersion.pdf 3. SRPS EN 1186-1:2008 Материјали и предмети у додиру са прерамбеним производима – Пластичне масе - Део 1 Упутство за избор услова и метода испитивања за укупну миграцију; 4. SRPS EN 1186-9:2008 Материјали и предмети у додиру са прерамбеним производима – Пластичне масе - Део 9 Методе испитивање за укупну миграцију у симулаторе хране на воденој основи пуњењем предмета који се испитују.
DM-022	ISO/DIS 17226-2: Determination of formaldehyde content in leather by colorimetric analysis
DM-023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник³⁾ метода I.12 2. Правилник⁴⁾ метода II.7 3. Правилник²⁾ метода VII.3 4. SRPS ISO 937:1992 Одређивање садржаја азота 5. Determination of nitrogen by Kjeldahl method
DM-019	EPA METHOD 200.7: Determination of metals and trace elements in water and wastes by inductively coupled plasma – atomic emission spectrometry Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет, “Сл. Лист СФРЈ” 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91.
DM-026	РН.ЈУГ. ВКњига 1, т.2.5.12.

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-027	<ol style="list-style-type: none"> 1. Томић, Н., Сензорна анализа хране. Практикум са теоријским основама. Београд, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, 2016. 2. Радовановић, Р., Попов-Раљић, Ј, Сензорна анализа прехранбених производа. Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду - Технолошки факултет, 2001 3. SRPS EN ISO 5492:2015, Сензорске анализе – Речник 4. SRPS EN ISO 3972:2013, Сензорске анализе - Методологија – Метода утврђивања осетљивости чула укуса 5. SRPS EN ISO 6658:2013, Сензорске анализе - Методологија – Опште упутство 6. SRPS EN ISO8589:2015, Сензорске анализе - Опште упутство за пројектовање просторија за испитивање 7. SRPS EN ISO8586:2015, Сензорске анализе - Општа упутства за одабир, обуку и праћење, одабраних оцењивача и стручњака за сензорска оцењивања 8. Контрола намирница, 1994 Београд, Милан Ж. Балтић 9. SRPS ISO 5496:2014 Сензорске анализе - Методологија – Утврђивање и обучавање оцењивача за откривање и препознавање мириса 10. SRPS ISO 13300-1:2013 Сензорске анализе - Опште упутство за особље лабораторија за сензорску процену – Део 1: Одговорности особља 11. SRPS ISO 3591:2000 Сензорске анализе-апарати и прибор-Чаша за испитивање укуса вина Правилник о поступку и методама за сензорно оцењивање вина, начину обуке и провере стручне оспособљености сензорних оцењивача, Слгласник РС 93 од 13.11.2015
DM-030	Raymond P. W. Scott, Principles and Practice of Chromatography, LIBRARY FOR SCIENCE, LLC 2003. Stavros Kromidas, HPLC made to measure, Wiley-VHC Verlag GmbH & Co KGaA Weinheim, 2006.
DM-033	B.H. Shao, X.Z. Xu Quantitative determination of commercial oxidation hair dyes by reversed-phase HPLC, Journal of Liquid Chromatography, Vol. 24, 2001, 241-249.
DM-034	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Ree, E. Stoa "Simultaneous determination of aspartame, benzoic acid, caffeine, and saccharin in sugar-free beverages using HPLC", Concordia College Journal Chemistry I, 2011, 73-77. 2. M. Serdar, Z. Knežević "Determination of artificial sweeteners in beverages and special nutritional products using high performance liquid chromatography", Arh Hig Rada Toksikol, 2011, Vol. 62, 169-173.
MET-031	<ol style="list-style-type: none"> 1. European Pharmacopeia 7.0: Sodium Benzoate 01/2008:0123 2. European Pharmacopeia 7.0: Potassium Sorbate 01/2008:0618
DM-042	Kory Kelly, Matthew Trass and Sky Countryman Distilled Spirit Analysis Using 100% Aqueous Stable Zebtron ZB-WAXPLUS GC column" Ana Mornar, Danijela Amidžić Klarić, Biljana Nigović "Kontrola kvaliteta kupinovitih vina primjenom HSS-GC-FID tehnike" Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011; Compendium of international methods of analysis OIV-MA-AS312-03A Methanol
DM-043	Total aflatoxin assay Cat. No. 941AFL01M-96, Helica biosystem inc. Aflatoxin B1 ELISA Quantitative, Cat. No: 941BAFL01B1, Helica biosystem
DM-047	SRPS ISO 5522:2003 Voće, povrće i proizvodi koji potiču od voća i povrća – Određivanje sadržaja ukupnog sumpor-dioksida; SRPS EN 1988-1:2004 Prehrambeni proizvodi – Određivanje sulfita – Deo 1: Optimalna metoda po Monijer-Vilijamsu; AOAC 17th Edition Official Method 962.16 – Sulfurous Acid (Total) in Food – Modified Monier-Williams Method; AOAC 17th Edition Official Method 990.28 – Sulfites in Foods – Optimized Monier-Williams Method;
DM-048	PH. JUG. V Knjiga 1, т.2.2.3.
DM-121	Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа ради контроле квалитета производа од воћа и поврћа бр. 29/83, метода бр. 1
DM-205	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализе животињних намирница, Ј. Трајковић, Ј. Барас, М. Мирић, С. Шилер, Технолошко - Металуршки факултет, Београд, 1983 2. Упутство за руковање рН/ЈОН метром TU-FH-015

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-206	<ol style="list-style-type: none"> 1. РН.ЈУГ.В; књига 3, стр. 1077-1078 2. Ј. Савић, М. Савић, Основи аналитичке хемије, Свијетлост Сарајево 3. Упутство за стандардизацију раствора РУ-ФХ-002
DM-207	<ol style="list-style-type: none"> 1. РН.ЈУГ.В; књига 1, 2. Ј. Савић, М. Савић, Основи аналитичке хемије, Свијетлост Сарајево
DM-163	<ol style="list-style-type: none"> 1. A simple rapid gas-chromatography flame-ionization-detector (GC-FID) method for the dermination of ethanol from fermentation processes Y. Gerchman, A. Schnitzer, R. Gal, N.Mirsky andN.Chinkov 2. Ethanol Analysis by Headspace Gas Chromatography with Simultaneous Flame-Ionization and Mass Spectrometry Detection Nicholas B. Tiscione, I. Alford, D. Tate Yeatman, and X. Shan
DM-167	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о квалитету скроба и производа од скроба за прехранбене сврхе (Сл.лист СРЈ бр.33/95 и Сл.лист СЦГ бр.56/2003 - др.правилник бр.4/2004) 2. Анализе животних намирница, Ј.Трајковић, Ј.Барс; М.Мирић; С.Шилер, Технолишко-Металуршки Факултет, Београд, 1983, (124-135) 3. Упуство за стандардизацију раствора РУ-ФХ-002 (9,14)
DM-173	Detemination of taurinein energy drinks by high-performance liquid chromatography, Brad McConn, Department of Chemistry, Concordia College, 907 8 St S, Moorhead, MN 56562
DM-171	<ol style="list-style-type: none"> 1. M.Ree, E.Stoa "Simultaneous determination of aspartame, benzoic acid, caffeine, and saccharin in shugar-free beverages using HPLC", Concordia College Journal Chemistry I, 2011, 73-77. 2. M. Serdar, Z. Knežević "Determination of artificials weeteners in beverages and special nutritional products using high performance liquid chromatography", Arh Hig Rada Toksikol, 2011, Vol 62, 169-173.
DM-181	<ol style="list-style-type: none"> 1.SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода; 2.SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3.Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 91/2022-1).
DM-182	SRPS EN 1528-1-4:2008 Масна храна-Одређивање пестицида и полихлорованих бифенила (PCB) одступљено од стандардне методе у делу припреме и пречишћавања узорка
DM-204	<ol style="list-style-type: none"> 1.SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода 2.SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3.Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 91/2022-1).
DM-222	<ol style="list-style-type: none"> 1.SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода 2.SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3.Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 91/2022-1).
DM-223	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основи аналитичке хемије, класичне методе, Јелена Савић, Момир Савић 2. Holler, F. James; Skoog, DouglasA.; West, DonaldM. (1996). Fundamentals of analytical chemistry
DM-240	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о квалитету скроба и производа од скроба за прехранбене сврхе, „Сл.лист СРЈ“ бр.33/95 и „Сл. лист СЦГ“бр. 56/2003- др.правилник бр.4/2004) 2. Анализе животних намирница, Ј.Трајковић, Ј. Барс; М.Мирић; С.Шилер, Технолишко-Металуршки Факултет, Београд, 1983 3. Упуство за стандардизацију раствора RU-FH-002

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-241	1. Основи аналитичке хемије, класичне методе, Јелена Савић, Момир Савић 2. Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry
DM-245	1. Анализе животних намирница, Ј.Трајковић, Ј. Барас, М. Мирић, С. Шилер, Технолошко-Металуршки факултет, Београд, 1983 2. Упутство за руковање рН/ЈОН метром TU-FH-038
DM-246	SRPS EN ISO 6865:2008 Одређивање садржаја целулозе
DM-235	1. Правилник о квалитету скроба и производа од скроба за прехранбене сврхе („Сл. лист СРЈ“ бр.33/95 и „Сл.лист СЦГ“ бр.56/2003- др.правилник бр.4/2004) 2. Анализе животних намирница, Ј.Трајковић, Ј. Барс; М.Мирић; С.Шилер, Технолошко - Металуршки Факултет, Београд, 1983, (124-135)
DM-185	1. Упутство за руковање ЕЛИСА читачем ТУ-ФХ-042 2. Упутство произвођача кита з аоцхратохин А ”helica Biosystems inc”
DM-187	1. Упутство за руковање ЕЛИСА читачем ТУ-ФХ-042 2. Упутство произвођача кита за зкараленон ”helica Biosystems inc”
DM-234	1. Raymond P. W. Scott, Principles and Practice of Chromatography, LIBRARY FOR SCIENCE, LLC, 2003. 2. Stavros Kromidas, HPLC Made to Measure, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006.
DM-236	FILIP KOTAL and ZUZANA RADOVÁ, Department of Food Chemistry and Analysis, Institute of Chemical Technology, Prague, Czech Republic, Czech J. Food Sci., 20: 63–68
DM-242	1. iCAP Q / iCAPRQ ICP-MS Software Manual, Qtegra ISDS 2.7 SR2 BRE0005922 Revision C December 2016, Thermo Fisher Scientific 2. iCAPRQ ICP-MS Operating Manual, BRE0003606, Revision D December 2016, Thermo Fisher Scientific 3. SRPS EN 15763:2012 Прехранбени производи – Одређивање елемената у траговима Одређивање арсена, кадмијума, живе и олова у прехранбеним производим масеном спектрометријом са индуктивноспрегнутом плазмом (ISP-MS) после дигестије под притиском 4. Inductively Coupled Mass Spectrometry Handbook, Simon M Nelms 2005 by Blackwell Publish Ltd
DM-244	Thermo application note 407, “Simple and Rapid Analysis of Chloramphenicol in milk LC-MS/MS”
DM-243	Termo application note 407, “Simple and Rapid Analysis of Chloramphenicol in milk LC-MS/MS”
DM-233	1. Приручник за контролу квалитета свежег и прерађеног воћа, поврћа освежавајућих безалкохолних пића, Др.Љубо Врачар, Технолошки факултет Нови Сад 2001. (5.25.2) 2. Упутство произвођача опреме Haffmans 3. Упутство за коришћење Haffmans манометра
DM-208	1. Raymond P. W. Scott, Principles and Practice of Chromatography, LIBRARY FOR SCIENCE, LLC, 2003. 2. Stavros Kromidas, HPLC Made to Measure, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006.
DM-213	Syed Salman Lateef, Analysis of ascorbic acid, citric acid and benzoic acid in orange juice, Agilent Technologies, Inc., Bangalore, India, 2011, Published in USA, September 1, 2011, Publication Number 5990-8720 EN
DM-093	1. Yun Zou, Min Cai, Determination of Phthalate Concentration in Toys and Children’s Products Gas Chromatography / Mass Spectrometry 2. United States Consumer Product Safety Commission Directorate for Laboratory Sciences Division of Chemistry, Test Method: CPSC-CH-C1001-09.3, Standard Operating Procedure for Determination of Phthalates, April 1 st , 2010.
DM-232	SRPS H.E.051:1992 SRPS H.E.8.025 - Површински активне материје и детерџенти.
DM-238	Одређивање садржаја метала ручним HFR анализатором-упутство произвођача-User guide Niton XL3, version 8.2.1

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-249	Анализа животи намирница, Ј.Трајковић, С. Шилер, Технолошко – металуршки факултет, Београд 1983, страна 689, метода 10.1
DM-252	Анализа животи намирница, Ј.Трајковић, С. Шилер, Технолошко – металуршки факултет, Београд 1983 (стр.29)
DM-271	Упутство за рад са СПЕ колонама за Патулин (SupelMIP SPE-Patulin), Supelco, 2012. AOAC 2000.02
DM-215	Journal of Food and Nutrition Research Vol. 45, 2006, No. 1, pp. 34-38, Hydroxymethylfurfural contents in foodstuffs determined by HPLC method, LENKA VORLOVÁ - IVANA BORKOVCOVÁ - KLÁRA KALÁBOVÁ - VLADIMÍR VEČEREK
DM-265	Multiclass Compatible Sample Preparation for UHPLC-MS/MS Determination of Aflatoxin M1 in Raw Milk, Chromatographia, 79, 2016, 1091-1100
DM-186	Analysis of Dithiocarbamate Residues in Foods of Plant Origin involving Cleavage into Carbon Disulfide, Partitioning into Isooctane and Determinative Analysis by GC-ECD, Community Reference Laboratories for Residues of Pesticides, Version 2, December 2009
DM-261	<ol style="list-style-type: none"> 1. SRPS EN 12014-2:2008 Прехрамбени производи – Одређивање садржаја нитрата и/или нитрита – Део 2: HPLC/IC метода за одређивање садржаја нитрата у поврћу и производима од поврћа. 2. Правилник о здравственој исправности дијететских производа („Сл.лист СЦГ“, бр 53/2005 и „Сл. гласник РС“, бр. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017, 103/2018)
DM-262	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruction for enrichment of Ochratoxin – Immuno affinity column, Proteaimmun; Clean-up of Commodity Extracts of Food and Feed Samples containing Ochratoxin A/B via Immunoaffinity Chromatography and Determination by HPLC-FLD, 2005. 2. MycoSep®Ochra Push-through format 3. Determination of Ochratoxin A in Roasted Coffee According to DIN EN 14132, Edgar Naegele, Agilent Technologies, Inc. Waldbronn, Germany
DM-247	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruction for enrichment of Zearalenon – Immuno affinity column, Proteaimmun; Clean-up of Commodity Extracts of Food and Feed Samples containing Zearalenon via Immunoaffinity Chromatography and Determination by HPLC-FLD 2. “Determination of zearalenone in corn by means of immunoaffinity clean-up and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection”, Angelo Visconti, Michelangelo Pascale, Journal of Chromatography A, 815 (1998) 133-140 3. MycoSep®Afla Zon Push-through format 4. Determination of Zearalenone in Barley, Maize and Wheat Flour, Polenta, and Maize-Based Baby Food by Immunoaffinity Column Cleanup with Liquid Chromatography: Interlaboratory Study Susan J. MacDonald, Sharron Anderson, and Paul Brereton Central Science Laboratory, Sand Hutton, York, YO41 1LZ, United Kingdom. Roger Wood and Andrew Dament Food Standards Agency, Aviation House, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, United Kingdom
DM-258	Determination of Water-Soluble Hexacyanoferrate (II) – Prussian Blue Photometric Method, EuSalt/AS 004-2008, Former numbering: ESCC/CN 136-1974 & ESPA/CN-E-111-1996 & EuSalt/AS 004-2005, 2015.
DM-275	Reagents and measurements of gluten (gliadin) concentration in food samples, BioSystems, Reagents and Instruments, COD 14119

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-273	<ol style="list-style-type: none"> 1. RU-MB-015 Упутство за валидацију алтернативних метода 2. SRPS EN ISO 7218:2007 Микробиологија хране и хране за животиње Општи захтеви и упутства за микробиолошка испитивања 3. SRPS EN ISO 6887-1:2017 Микробиологија хране и хране за животиње. Припремање узо-рака за испитивање, почетне суспензије и децималних разблажења за микробиолошко испитивање Део 1: Општа правила за припремање почетне суспензије и децималних разблажења 4. SRPS EN ISO 11133:2015 Microbiology of food, animal feed and water – preparation, production, storage and performance testing of culture media 5. SRPS EN ISO 16579-1:2017 Метода за одређивање присуства Salmonella spp у храни 6. ISO 16140-2:2013 Microbiology of food and animal feed - Method validation -Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method 7. ISO 16140-6:2014 Microbiology of the food chain - Method validation - Part 6: Proto-col for the validation of microbiological confirmation methods 8. AOAC INTERNACIONAL Methods committee quidelines for validtion of qualitative and quantitative food microbiological offical of methods of analysis 9. User guide: 2CQ-049-6-0109-v2.6 BAX System, DuPont
DM-274	<ol style="list-style-type: none"> 1. RU-MB-015 Упутство за валидацију алтернативних метода 2. SRPS EN ISO 7218:2007. Микробиологија хране и хране за животиње Општи захтеви и упутства за микробиолошка испитивања 3. SRPS EN ISO 6887-1:2017, Микробиологија хране и хране за животиње. Припремање узо-рака за испитивање, почетне суспензије и децималних разблажења за микробиолошко испитивање Део 1: Општа правила за припремање почетне суспензије и децималних разблажења 4. SRPS EN ISO 11133-2015, Microbiology of food, animal feed and water – preparation, production, storage and performance testing of culture media 5. SRPS EN ISO 11290-1:2017 и SRPS EN ISO 11290-2:2017 - Метода за одређивање присуства Listeria monocytogenes у намирницама 6. ISO 16140-2 :2013 Microbiology of food and animal feed - Method validation - Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method 7. ISO 16140-6:2014 Microbiology of the food chain — Method validation — Part 6: Proto-col for the validation of microbiological confirmation methods 8. AOAC INTERNACIONAL Methods committee quidelines for validtion of qualitative and quantitative food microbiological offical of methods of analysis 9. User guide: 2CQ-049-6-0109-v2.6 BAX System, DuPont
DM-027	<ol style="list-style-type: none"> 1. Томић, Н., Сензорна анализа хране. Практикум са теоријским основама. Београд, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, 2016. 2. Радовановић, Р., Попов-Раљић, Ј, Сензорна анализа прехранбених производа. Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду - Технолошки факултет, 2001 3. SRPS EN ISO 5492:2015, Сензорске анализе – Речник 1. SRPS EN ISO 3972:2013, Сензорске анализе - Методологија – Метода утврђивања осетљивости чула укуса 2. SRPS EN ISO 6658:2013, Сензорске анализе - Методологија – Опште упутство 3. SRPS EN ISO8589:2015, Сензорске анализе - Опште упутство за пројектовање просторија за испитивање 4. SRPS EN ISO8586:2015, Сензорске анализе - Општа упутства за одабир, обуку и праћење, одабраних оцењивача и стручњака за сензорска оцењивања 5. Контрола намирница, 1994 Београд, Милан Ж. Балтић 6. SRPS ISO 5496:2014 Сензорске анализе - Методологија – Утврђивање и обучавање оцењивача за откривање и препознавање мириса 7. SRPS ISO 13300-1:2013 Сензорске анализе - Опште упутство за особље лабораторија за сензорску процену – Део 1: Одговорности особља
DM-276	Taq Man™ GMO Screening Kit User Guide Publication number MAN0013475
DM-278	Taq Man™ GMO Maize Quantification Kit User Guide Publication number MAN0013476

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-279	Taq Man™ GMO Roundup Ready soy Quantification Kit User Guide Publication number MAN0013477
DM-282	Модификована SRPS EN 71-3:2019
DM-283	1. Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне хране „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 15/87 2. US ISO 6493 Animal feeding stuffs-Determination of starch content-Polarimetric method 2009-09-04
SM 2540 B SM 2540 D SM 2540 F SM 3500-Cr B SM 4500-S ² -F SM 4500-SO ₄ ²⁻	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23 RD EDITION, Edited by Rodger B Baird, Andrew D Eaton, Eugene W. Rice; American Public Health Association®, American Water Works Association®, Water Environment Federation®, 2017
DM-284	SureFood® GMO SCREEN P35S:BAR Rice (Jun 2018.; Art. No. S2022)
DM-285	SureFood® GMO ID 4plex Canola II (Mart 2020.; Art.No. S2167)
DM-286 DM-287 DM-288	Generon™ MODifinder Quantitative assay (San Prospero Italija)
DM-289	Generon™ MODifinder Quantitative assay (San Prospero Italija)
DM-290	SureFood® GMO QUANT GT73 Canola (Januar 2021.; Art.No. S2061)
DM-291	Одређивање формалдехида
DM-292	Mulj, tretirani biootpad, zemljište i otpad — Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) svim sagorevanjem - SRPS EN 15936:2013 Sievers InnovOX Laboratory TOC Analyzer, Operation and Maintenance Manual) . Додат референтни документ на коме је метода заснована.
DM-293	Одређивање биохемијске потрошње косеоника после n дана – SRPS EN ISO 5815-1:2019 i SRPS EN 1899-2:2009
DM-294	Одређивање садржаја лакоиспарљивих, ароматичних и халогених органских супстанци (VOC) – EPA 8260 B i EPA 5021 A
DM-295	Одређивање садржаја пихлорованих бифенила (PCB) - ISO 6468:1996
DM-296	Одређивање садржаја оргонохлорних пестицида - ISO 6468:1996
DM-297	Одређивање садржаја пихлорованих бифенила (PCB) у земљишту – SRPS ISO 10382:2002
DM-298	Одређивање садржаја оргонохлорних пестицида у земљишту – SRPS ISO 10382:2002
DM-299	Ваздух амбијента - Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида - Метода са тетрахлор-меркуратом (TCM) и параросанилином (идентичан са ISO 6767:1990) - SRPS ISO 6767:1997
DM-300	Ваздух амбијента - Одређивање масене концентрације азот-диоксида - Модификована Грис-Салцманова метода - SRPS ISO 6768:2001, Квалитет ваздуха - Коришћење података о температури, притиску и влажности - SRPS ISO 8756:2001
DM-301	Вода за пиће, Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, страна 129, Метода укупни остатак после испарења – гравиметријски, Савезни завод за здравствену заштиту SM 2540 D- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, Edited by: Rodger B. Baird, Andrew D. Eaton, Eugene W. Rice American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation “Анализа загађивача ваздуха и воде”, Владимир Рекалић, ТМФ Београд, 1989

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-302	1.SRPS EN 15662:2018 Hrana biljnog porekla – Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida primenom GC i LC zasnovanih na analizi ekstrakcije/raspodele acetонитрилом i prečišćavanju disperzivnom SPE – Modularna QuEChERS metoda 2.SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3.Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 91/2022-1).
DM-303	Одређивање натријум сахарина и кофеина у козметичким производима Raymond P. W. Scott, Principles and Practice of Chromatography, LIBRARYFORSCIENCE, LLC, 2003. Stavros Kromidas, HPLC Made to Measure, WILEY-VCH Verlag Gmbh & Co. KGaA, Weinheim, 2006
DM-304	Амбијентални ваздух - Одређивање индекса црног дима- ISO 9835:1993
DM-305	Метода за одређивање Хрома б у играчкама (IC-ICP-MS) - The Migration of Elements from Toys and Speciation of Chromium (VI) in Toy Material Using a Low Cost IC-ICP-MS Solution;
DM -306	Одређивање садржаја никотина GC/MS у течностима за електронске цигарете – Laboratory Activity for the Determination of Nicotine in Electronic Cigarette Liquids using Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Pagano T, Bida MR, Robinson RJ.
DM-307	1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода 2.SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3.Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 91/2022-1).
DM-308	1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода 2.SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3.Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 91/2022-1).
DM-309	1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода 2.SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3.Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 91/2022-1).
DM-310	1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода 2.SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3.Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 91/2022-1).
DM-311	1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода 2.SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3.Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 91/2022-1).

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-312	1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода 2. SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. 3. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње („Сл. гласник РС“, бр. 91/2022-1).
DM-314	Eslamizad S., Yazdanpanah H., Javidnia K., Sadeghi R., Bayat M., Shahabipour S., Khaligian N., Kobarfard F. Validation od an Analytical Method for Determination of Benzo(a)pyrene Bread using QuEChERS Method by GC-MS
DM-315	1. U. Meister, Analysis of T-2 and HT-2 toxins in oats and other cereals by means of HPLC with fluorescence detection, Mycotoxin Research Vol. 24, No. 1 (2008), 31-39; Protealmmun: Clean-up of Commodity Extracts of Food and Feed Samples containing T2/HT2 via Immunoaffinity Chromatography and Subsequent Determination by HPLC with Precolumn Derivatization using 1-Anthroylnitrile and 4-Dimethylaminopyridin 2. COMMISSION REGULATION (EC) No 401/2006
DM-316	R Biopharm Enzytec TM Liquid D-/L-Lactic acid Ref. E8240
DM-317	1. SRPS EN ISO 12846:3013-Kvalitet vode - Određivanje žive - Metoda sa atomskim apsorpcionim spektrofotometrom (AAS) sa obogaćivanjem i bez obogaćivanja 2. Agilent Vapor Generation Accessory VGA 77, Agilent Technologie 3. TU-FH-046-Uputstvo za rad na uređaju Atomsko apsorbcionom spektrofotometru
DM-318	1SRPS ISO 936:1999 – Određivanje ukupnog pepela, meso i proizvodi od mesa 1. SRPS ISO 763:2007 – Proizvodi od voća i povrća – Određivanje pepela nerastvornog u hlороводониčnoј киселини J. Trajković, M. Mirić, J. Baras, S. Šiler: Analiza životnih namirnica, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1983. Godina, str 29. (1.1)
DM-319	1. SRPS EN ISO 7393-2:2009 - Kvalitet vode - Određivanje slobodnog hlora i ukupnog hlora - Deo 2: Kolorimetrijska metoda sa N, N-1,4-fenilendiaminom za rutinsku kontrolu 2. Proizvođačko uputstvo Visicolor ECO, Chlorine 6, Macherey Nagel, Test 931217 3. TU-ŽS-002, Uputstvo za rad na forometru PF-12 PLUS 4. EPA 330.5:1978 - Chlorine, Total Residual (Spectrophotometric DPD)
DM-320	Allergen Shield Peanut, Version 5
DM-321	Allergen Shield hazelnut, Version 7
DM-322	Allergen Shield Egg, Version 8
DM-323	1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE – Модуларна QuEChERS метода 2. SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed 3. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње “Сл. Гласник РС”, бр. 91/2022-1).
DM-324	1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE - Модуларна QuEChERS метода 2. SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed 3. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње “Сл. гласник РС”, бр. 91/2022-1).

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
DM-325	<ol style="list-style-type: none">1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE – Модуларна QuEChERS метода2. SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed3. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње “Сл. Гласник РС”, бр. 91/2022-1).
DM-326	<ol style="list-style-type: none">1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE – Модуларна QuEChERS метода2. SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed3. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње “Сл. Гласник РС”, бр. 91/2022-1).
DM-327	<ol style="list-style-type: none">1. SRPS EN 15662:2018 Храна биљног порекла – Вишеструка метода за одређивање остатака пестицида применом GC и LC заснованих на анализи екстракције/расподеле ацетонитрилом и пречишћавању дисперзивном SPE – Модуларна QuEChERS метода2. SANTE/11312/2021 Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed3. Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње “Сл. Гласник РС”, бр. 91/2022-1).4. SRPS EN 1528-1-4:2008 Масна храна-Одређивање пестицида и полихлорованих бифенила (PCB) одступањено од стандардне методе у делу припреме и пречишћавања узорка.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **01-305**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-305

Акредитација важи до /
Accreditation expiry date 28.12.2025.

ВД ДИРЕКТОРА

мр Драган Пушара